

Ministerul Sănătății

Ordin nr. 1484/2005

din 28/12/2005

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 52 din
19/01/2006

privind prelungirea termenului de utilizare a
instalațiilor radiologice medicale de fluoroscopie fără
dispozitiv de control al debitului dozei

Nr. 1.484/396

Ministerul Sănătății
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

Având în vedere prevederile:

- art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 12 din Legea nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică, cu modificările ulterioare;
- art. 8 pct. 6 din Normele privind radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiații ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei și al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare nr. 285/79/2002;
în temeiul:
 - Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
 - Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, cu modificările ulterioare,
văzând Referatul de aprobare nr. 4.539/18.984/2005 al Direcției generale farmaceutice și aparatură medicală din cadrul Ministerului Sănătății și al Direcției radiații ionizante din cadrul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare,

ministrul sănătății și președintele Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare emit următorul ordin:

Art. 1. - Termenul de utilizare a instalațiilor radiologice medicale de fluoroscopie fără dispozitiv de control al debitului dozei se prelungeste până la data de 31 decembrie 2006.

Art. 2. - Ministerul Sănătății și titularii de autorizație de utilizare vor lua măsuri de dotare cu dispozitive de control al debitului dozei instalațiilor radiologice medicale de fluoroscopie până la data de 31 decembrie 2006.

Art. 3. - După data de 31 decembrie 2006 titularii de autorizație vor înceta activitatea de utilizare a instalațiilor radiologice medicale de fluoroscopie care nu au fost dotate cu dispozitiv de control al debitului dozei și vor sigila postul de scopie al acestor instalații.

Art. 4. - Autorizațiile de utilizare a instalațiilor radiologice medicale de fluoroscopie fără dispozitive de control al debitului dozei, cu valabilitate după data de 31 decembrie 2006, emise de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, se vor modifica din oficiu în autorizații de deținere pentru postul de fluoroscopie și autorizație de utilizare numai pentru postul de grafie, după caz.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării.

Art. 7. - Ministerul Sănătății prin Direcția generală farmaceutică și aparatură medicală și Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare prin Direcția radiații ionizante vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul sănătății,
Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Președintele Comisiei Naționale
pentru Controlul Activităților Nucleare,

Lucian Goicea