

**Întrebări pentru examenul de obținere a permisului de exercitare pentru
specialitatea Röntgendiagnostic dentar**

Întrebări de radioprotecție

- 1 Împrăștierea coerentă a fotonilor:
 - a) nu poate apare la energiile utilizate în rontgendiagnostic
 - b) este mai importantă decât efectul Compton
 - c) nu implică pierdere de energie
 - d) crește doza pacientului
 - e) depinde de energia nivelului K

- 2 Energia de prag pentru formarea de perechi este:
 - a) 1,022 keV
 - b) 5,11 keV
 - c) 511 keV
 - d) 1,022 MeV
 - e) nu există energie de prag

- 3 Care din următoarele procese fizice nu apare la interacția radiației X cu materia?
 - a) împrăștierea coerentă
 - b) efectul fotoelectric
 - c) efectul Compton
 - d) radiația de frânare
 - e) formarea de perechi

- 4 Efectul fotoelectric datorat fotonilor, indiferent de energia pe care aceștia o au, nu poate produce:
 - a) radiație caracteristică
 - b) electroni Auger
 - c) fotoelectroni
 - d) ioni pozitivi

e) electroni împrăștiați

- 5 Probabilitatea de interacție prin efect fotoelectric a unui foton de energie E cu un atom cu numărul atomic Z este descrisă aproximativ de formula:

a) Z^3/E^3

b) E^3/Z^3

c) Z/E

d) E^2/Z

e) $E^3 \times Z^3$

- 6 La o interacție Compton a fotonilor cu materia:

a) fotonul este absorbit în totalitate

b) fotonul incident nu pierde energie

c) un electron Compton este retro-împrăștiat

d) un foton de joasă energie poate fi retro-împrăștiat

e) se produce radiație X caracteristică

- 7 Coeficientul de atenuare în țesutul moale pentru fotonii radiației X utilizate în rontgendiagnostic:

a) descrește liniar cu creșterea energiei

b) descrește până la 25 keV apoi crește din nou

c) crește continuu cu creșterea energiei

d) prezintă discontinuități la 69,5 keV

e) depinde de structura moleculară

- 8 Pentru un mediu absorbant de grosime t și coeficient de absorbție liniară μ , cantitatea $e^{-\mu t}$ este independentă de:

a) intensitatea fotonilor incidenti

b) energia fotonului

c) densitatea mediului absorbant

- d) numărul atomic al mediului absorbant
 - e) coeficientul de atenuare masică
- 9 Coeficientul de atenuare masică este independent de:
- a) efectul fotoelectric
 - b) efectul Compton
 - c) împrăștierea coerentă
 - d) densitatea materialului
 - e) energia fotonului
- 10 Intensitatea radiației X care traversează o grosime egală cu trei straturi (grosimi) de înjumătățire (HVL) se reduce cu un factor de:
- a) 2
 - b) 4
 - c) 8
 - d) 16
 - e) 32
- 11 Adăugarea unui filtru de 1 mm echivalent Al într-un fascicul de radiație X va produce următoarele efecte (menținând calitatea imaginii), cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) micșorează expunerea la pielea pacientului
 - b) mărește HVL
 - c) mărește timpul de expunere
 - d) mărește mAs
 - e) reduce dimensiunea petei focale
- 12 HVL - grosimea de semiabsorbție - pentru un fascicul de radiație X nu depinde de:
- a) intensitatea radiației
 - b) tensiunea aplicată tubului
 - c) forma de undă a tensiunii de accelerare
 - d) materialul anodului
 - e) filtrare
- 13 Expunerea, ca mărime fizică, este:
- a) energia depusă de un fascicul de radiație X în orice material

- b) definiția pentru particulele încărcate cu energia sub 3 MeV
 - c) doza absorbită înmulțită cu factorul de calitate
 - d) numărul de fotoni care traversează unitatea de suprafață
 - e) sarcina electrică depozitată de fascicul într-o masă de aer
- 14 Kerma este energia pe unitatea de masă:
- a) depozitată în țesutul moale
 - b) depozitată în aer
 - c) transferată de la fotoni la particulele încărcate
 - d) transferată de la particulele încărcate la fotoni
 - e) emisă de la locul de producere
- 15 O doză de 5 rad este, exprimată în unități SI, egală cu:
- a) 5 μGy
 - b) 50 μGy
 - c) 500 μGy
 - d) 5 mGy
 - e) 50 mGy
- 16 Deosebirile dintre expunere și doză sunt similare cu acelea dintre:
- a) rad și gray
 - b) absorbție și creșterea temperaturii
 - c) fotoni și particule încărcate
 - d) ionizarea în aer și absorbția într-un mediu
 - e) radiația ionizantă și radiația neionizantă
- 17 La expunerea unui obiect, efectul de penumbră se micșorează dacă:
- a) obiectul este mai aproape de focar
 - b) obiectul este mai îndepărtat de focar
 - c) obiectul nu se află pe axa fasciculului
 - d) obiectul este mai mic decât dimensiunea focarului
 - e) efectul de penumbră nu poate fi influențat

- 18 Camerele cu ionizare măsoară:
- a) sarcina electrică
 - b) masa
 - c) densitatea
 - d) puterea
 - e) tensiunea
- 19 Dozimetrele individuale cu film:
- a) nu pot distinge radiația de mare energie de radiația de mică energie
 - b) pot măsura doze de ordinul a 0,01 mGy
 - c) sunt insensibile la căldură
 - d) estimează doza din densitatea optică de înnegrire a filmului
 - e) nu pot refolosi filmele
- 20 Când sunt încălzite dozimetrele cu termoluminiscentă (TLD) emit:
- a) radiație X
 - b) fotoelectroni
 - c) radiație X caracteristică
 - d) particule alfa
 - e) lumină
- 21 Dozimetrul individual cu film este compus din:
- a) caseta de plastic cu filtre și film radiosensibil
 - b) caseta de plastic și film radiosensibil
 - c) un înveliș din plastic pentru protecție și film radiosensibil
 - d) un înveliș din carton pentru protecție și film radiosensibil
 - e) film radiosensibil protejat la murdărire
- 22 Dozimetrul individual cu film are cel puțin trei filtre diferite necesare pentru:
- a) durificarea radiației
 - b) determinarea energiei medii a radiației
 - c) micșorarea limitei de detecție
 - d) reducerea dozei absorbite

e) prevenirea voalării filmului

- 23 Limita minimă de detecție pentru un dozimetru cu film este de aproximativ:
- a) 0,01 mGy
 - b) 0,1 mGy
 - c) 0,2 mGy
 - d) 1 mGy
 - e) 2 mGy
- 24 După o interacție prin efect fotoelectric, nu se pot emite:
- a) fotoelectroni
 - b) fotoni împrăștiați
 - c) radiații X caracteristice nivelului K
 - d) electroni Auger
 - e) radiații X caracteristice nivelului L
- 25 Atenuarea fasciculului de fotoni *nu* crește cu creșterea:
- a) densității masice (ρ)
 - b) numărului atomic (Z)
 - c) energiei fotonului
 - d) grosimii
 - e) densității de electroni
- 26 Câte grosimi de înjumătățire produc aproximativ aceeași atenuare ca trei grosimi de reducere la 1/10 a intensității fasciculului de fotoni?
- a) 5
 - b) 10
 - c) 15
 - d) 20
 - e) 25
- 27 Grosimea de înjumătățire (HVL) a unui fascicul de radiație X nu depinde de:
- a) intensitatea radiației

- b) tensiunea în tub
 - c) forma de undă a tensiunii de accelerare
 - d) filtrare
 - e) materialul anodului
- 28 Scăderea valorii filtrării fasciculului va duce, în general, la creșterea:
- a) energiei maxime a fotonului
 - b) energiei medii a fotonului
 - c) expunerii la poarta de intrare la piele
 - d) importanței efectului Compton
 - e) penetrabilității
- 29 În cazul în care coeficientul de atenuare liniară este $0,1 \text{ cm}^{-1}$ iar densitatea este egală cu 2 g/cm^3 coeficientul de atenuare masică este:
- a) $0,2 \text{ cm}^2/\text{g}$
 - b) $0,05 \text{ cm}^2/\text{g}$
 - c) $0,5 \text{ g/cm}^2$
 - d) 20 g/cm^2
 - e) nu poate fi determinat
- 30 Măsurarea sarcinii (indiferent de semn) create într-o anumită masă de aer de fasciculul de radiație X exprimă:
- a) doza absorbită
 - b) expunerea
 - c) doza echivalentă
 - d) energia
 - e) doza efectivă
- 31 Energia cinetică a particulelor cu masă de repaus este energia de mișcare asociată vitezei:
- a) fotonilor din spectrul vizibil al luminii

- b) radiației X
 - c) radiației gama
 - d) masei
 - e) neutrinilor
- 32 Care din următoarele afirmații privitoare la radiația electromagnetică *este falsă*?
- a) se deplasează cu viteza luminii (3×10^8 m/s în vid)
 - b) are și comportament de particulă
 - c) are energia fotonului proporțională cu frecvența
 - d) se deplasează cu o viteză proporțională cu frecvența
 - e) produsul dintre frecvență și lungimea de undă este constant
- 33 Valoarea cărei mărimi fizice asociate fotonului variază direct proporțional cu energia acestuia?
- a) lungimea de undă
 - b) frecvența
 - c) masa
 - d) sarcina
 - e) viteza
- 34 Dacă distanța față de o sursă de radiație fonică se reduce la jumătate, intensitatea radiației va:
- a) scădea la jumătate
 - b) rămâne constantă
 - c) crește de două ori
 - d) crește de trei ori
 - e) crește de patru ori
- 35 Care din următoarele radiații nu este radiație direct ionizantă?
- a) electroni

- b) pozitroni
 - c) neutroni
 - d) particule alfa
 - e) electroni Auger
- 36 Următoarele radiații sunt exemple de radiație electromagnetică, cu o excepție pe care trebuie să o indicați:
- a) unde radio
 - b) lumină vizibilă
 - c) radiație ultravioletă
 - d) radiație X
 - e) radiație cosmică
- 37 Radiațiile ionizante includ următoarele radiații cu o excepție pe care trebuie să o indicați:
- a) fotoni
 - b) electroni
 - c) neutroni
 - d) particule alfa
 - e) unde ultrasonice pulsate
- 38 Care afirmație privitoare la radiația electromagnetică nu este adevărată?
- a) se deplasează cu viteza luminii
 - b) manifestă proprietăți de particulă
 - c) energia fotonului este proporțională cu frecvența sa
 - d) lungimea de undă este proporțională cu frecvența
 - e) include undele radio, radiația infraroșie și radiația gama
- 39 Transformatoarele ce intră în componența unui aparat de raze X:
- a) transformă energia electronilor în radiație X
 - b) funcționează pe baza principiului inducției electromagnetice

- c) utilizează emisia termoionică
 - d) au nevoie de un filament pentru emisie de termoelectroni
 - e) trebuie ecranate corespunzător
- 40 Care generator de radiație X implică timpul cel mai mare de expunere:
- a) cu potențial constant
 - b) cu înaltă frecvență
 - c) cu trei faze (12 - impulsuri)
 - d) cu trei faze (6 - impulsuri)
 - e) cu o singură fază
- 41 Electronii pierd energia, la traversarea materiei, în principal prin:
- a) producerea radiației de frânare
 - b) efectul fotoelectric
 - c) interacția cu electronii atomului
 - d) efectul Compton
 - e) emisia termoionică
- 42 Spectrul continuu al radiației X obținute cu un tub roentgen se datorează:
- a) tranziției electronilor între nivelurile energetice atomice
 - b) frânării electronilor în țintă
 - c) încălzirii țintei de către electroni
 - d) ejectării electronilor de pe nivelul K
 - e) ionizării atomilor țintei
- 43 Energia maximă a fotonilor dintr-un fascicul de radiație X este determinată de:
- a) numărul atomic al materialului țintei
 - b) numărul atomic al materialului filtrului
 - c) tensiunea aplicată tubului

- d) curentul prin tub
 - e) timpul total de expunere
- 44 Radiația X caracteristică este proprie:
- a) numărului de masă A a atomilor țintei
 - b) energiei electronilor care bombardează ținta
 - c) structurii învelișului electronic al atomilor țintei
 - d) tensiunii tubului rontgen
 - e) materialului utilizat pentru filamentul tubului rontgen
- 45 Variația curentului prin tubul radiogen (mA) modifică, cel mai probabil, la fasciculul de radiație X produsă:
- a) energia maximă
 - b) energia radiației X caracteristice
 - c) cantitatea
 - d) calitatea
 - e) penetrabilitatea pacientului (%)
- 46 Cantitatea radiației X generată de tubul radiogen crește cel mai mult cu:
- a) tensiunea aplicată tubului (kVp)
 - b) diametrul anodului
 - c) numărul atomic Z al materialului țintei
 - d) curentul prin tub (mA)
 - e) filtrarea
- 47 Toate afirmațiile de mai jos privitoare la energia medie a fotonilor din fasciculul de radiație X sunt adevărate, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) este mai mică decât energia maximă
 - b) crește cu creșterea tensiunii
 - c) crește cu mărirea filtrării

- d) este independentă de mAs
- e) descrește cu creșterea distanței

48 Calitatea fascicului de radiație X este dată în principal de:

- a) mărimea petei focale
- b) curentul prin filament
- c) curentul prin tub
- d) tensiunea filamentului
- e) tensiunea aplicată tubului

49 Reducerea căruia din următorii parametri determină creșterea cantității de radiație X produsă de tubul radiogen?

- a) curentul prin tub
- b) curentul filamentului
- c) tensiunea
- d) filtrarea
- e) timpul de expunere

50 Numărul de electroni accelerați în tubul rontgen depinde de:

- a) viteza anodului
- b) curentul în filament
- c) mărimea petei focale
- d) tensiunea aplicată tubului
- e) filtrarea tubului

51 Raportul dintre cantitatea de căldură și cantitatea de radiație X produse de un tub rontgen este:

- a) 1:99
- b) 10:90
- c) 50:50

d) 90:10

e) 99:1

52 Căldura generată în anod este disipată în principal prin:

a) convecție

b) conducție

c) combustie

d) răcire cu aer

e) radiație

53 Care tip de radiație este eliminată din fasciculul de radiație X de către filtre?

a) împrăștiată

b) de mică energie

c) de mare energie

d) de fugă

e) difuzată

54 Diritatea fasciculului de radiație X este afectată în special de:

a) curentul filamentului

b) curentul în tub

c) timpul de expunere

d) filtrare

e) distanța la tub

55 Radiația transmisă prin cupola (carcasa) tubului rontgen este numită:

a) radiație transmisă

b) radiație primară

c) radiație împrăștiată

d) radiație de fugă

e) radiație difuzată

56 Radiația difuzată este suma radiațiilor:

- a) transmisă și primară
- b) împrăștiată și de fugă
- c) primară și împrăștiată
- d) primară și de fugă
- e) transmisă și de fugă

57 Imaginea pe film a unui obiect expus la radiație X este cu atât mai apropiată de realitate cu cât:

- a) obiectul este situat mai aproape de centrul fasciculului și mai aproape de film
- b) obiectul este situat mai aproape de marginea fasciculului și mai aproape de film
- c) obiectul este situat mai aproape de centrul fasciculului și mai îndepărtat de film
- d) distanța focar obiect este mai mică
- e) înclinarea fasciculului de la proiecția ortogonală este mai mare

58 Creșterea tensiunii tubului X (kVp) nu modifică:

- a) intensitatea fasciculului de radiație X
- b) penetrarea pacientului
- c) stratul de înjumătățire al fasciculului
- d) filtrarea fasciculului de radiație X
- e) căldura produsă în anod

59 Energia maximă a fotonilor din fasciculul de radiație X este determinată de:

- a) numărul atomic al țintei
- b) numărul atomic al filamentului
- c) tensiunea aplicată filamentului
- d) tensiunea dintre anod și catod

e) curentul prin tub

60 Pentru a produce radiație X de frânare, un electron energetic:

- a) se ciocnește cu electronii de pe nivelurile exterioare
- b) este încetinit de nucleu
- c) este absorbit de nucleu
- d) se mișcă între niveluri emițând energia în exces sub formă de radiație X
- e) determină nucleul să emită o radiație X

61 Spectrul continuu al radiației X obținute cu un tub rontgen se datorează:

- a) tranziției electronilor de pe nivelurile exterioare pe nivelurile interioare ale atomului
- b) conversiei electronilor în energie electromagnetică
- c) frânării electronilor în țintă
- d) încălzirii țintei
- e) emisiei termoionice

62 Calitatea fasciculului de radiație X:

- a) este proporțională cu curentul în tub (mA)
- b) este redusă prin adăugarea de filtre de aluminiu
- c) este măsurată în milimetri echivalent aluminiu
- d) convertește doza (Gy) în echivalent de doză (Sv)
- e) este independentă de tensiunea aplicată tubului

63 Radiația care părăsește monoblocul când fasciculul primar este complet obturat se numește:

- a) radiație primară
- b) radiație difuzată
- c) radiație de fugă
- d) radiație de intrare

e) radiație retroîmprăștiată

64 Stratul sensibil al unui film pentru radiație X conține gelatină și cristale de:

a) CaWO_4

b) bromură de argint

c) LaOBr

d) nitrură de argint

e) CsI

65 Revelatorul convertește cristalele de halogenură de argint expuse în:

a) brom

b) halogenură acidă

c) argint alcalin

d) atomi individuali de argint

e) grăunți de argint metalic

66 Cel mai probabil să ducă la mărirea voalului este creșterea temperaturii:

a) anodului

b) revelatorului

c) fixatorului

d) uscătorului

e) camerei de expunere

67 La procesarea filmului, fixatorul este utilizat pentru:

a) modificarea pH-ului revelatorului

b) îndepărtarea halogenurii de argint neexpuse

c) stabilizarea argintului în gelatină

d) îndepărtarea bromului

e) reduce halogenura de argint neexpusă

- 68 Care din următoarele afirmații referitoare la o mașină automată (procesor de filme) de dezvoltare pentru filme radiologice nu este corectă?
- a) temperatura revelatorului este în general în jur de 32 grade celsius
 - b) durata totală a procesării este de cca 90 secunde
 - c) conține revelator, fixator și apă pentru spălare
 - d) soluția de fixare conține acid acetic pentru inhibarea dezvoltării
 - e) nu este necesară înprospătarea chimicalelor
- 69 Densitatea optică (DO) a unui film este definită ca:
- a) raportul dintre intensitatea luminii transmise prin film și intensitatea luminii incidente pe film
 - b) raportul dintre intensitatea luminii incidente pe film și intensitatea luminii transmise prin film
 - c) logaritmul raportului dintre intensitatea luminii transmise prin film și intensitatea luminii incidente pe film
 - d) logaritmul raportului dintre intensitatea luminii incidente pe film și intensitatea luminii transmise prin film
 - e) media ponderată a raportului dintre intensitatea luminii transmise prin film și intensitatea luminii incidente pe film
- 70 Când un film cu $DO = 0,3$ este suprapus unui film cu $DO = 0,5$, densitatea optică rezultată este:
- a) 0,2
 - b) 0,8
 - c) 1
 - d) 1,5
 - e) nu poate fi determinată
- 71 Când un film este înlocuit cu un sistem film - ecran:
- a) se reduce doza pacientului

- b) se îmbunătățește rezoluția
- c) se înmulțesc artefactele de mișcare
- d) crește împrăștierea
- e) crește timpul de expunere

72 Spălarea insuficientă a filmului după fixare duce în timp la un film:

- a) cu aspect lăptos
- b) cu tentă maro
- c) cu artefacte
- d) subexpus
- e) cu densitatea optică mai mare de 3

73 Fixarea necorespunzătoare a filmului duce la un film:

- a) cu aspect lăptos
- b) cu tentă maro
- c) cu artefacte
- d) subexpus
- e) cu densitatea optică mai mare de 3

74 Electricitatea statică poate duce la un film:

- a) cu aspect lăptos
- b) cu tentă maro
- c) cu artefacte
- d) subexpus
- e) cu densitatea optică mai mare de 3

75 Controlul calității procesorului de filme presupune măsurarea:

- a) temperaturii revelatorului și densității optice a filmului
- b) temperaturii fixatorului și densității optice a filmului

- c) temperaturii soluției de spălare și densității optice a filmului
- d) temperaturii revelatorului și soluției de spălare
- e) temperaturii revelatorului, fixatorului și soluției de spălare

76 Câți biți sunt necesari pentru stocarea a 512 niveluri de gri?

- a) 6
- b) 8
- c) 9
- d) 10
- e) 12

77 Când toți cei 8 biți ai unui byte sunt setați la valoarea unu, numărul respectiv în sistemul zecimal este:

- a) 8
- b) 255
- c) 311
- d) 511
- e) 1023

78 Cât de multe imagini de 512 x 512 (pixel de 16 biți) pot fi stocate pe un disc cu capacitatea de 2 GB?

- a) 500
- b) 1000
- c) 4000
- d) 10000
- e) 50000

79 Câtă memorie este necesară pentru stocarea unei imagini radiologice de 1k x 1k cu 256 nuanțe de gri?

- a) 0,1 MB
- b) 1 MB

- c) 10 MB
 - d) 100 MB
 - e) mai mult de 100 MB
- 80 Privitor la calculatoarele digitale ce nu este adevărat din următoarele afirmații?
- a) ROM este memoria programabilă numai pentru citire
 - b) RAM este memoria cu acces aleatoriu
 - c) cuvânt este un set de biți consecutivi tratați ca o entitate
 - d) baitul este o cifră binară utilizată pentru reprezentarea lui zero sau unu
 - e) un fișier este o colecție de înregistrări intercorelate tratate ca o unitate
- 81 Perifericele de intrare pentru calculator nu includ:
- a) tastatura
 - b) mouse-ul
 - c) ecranul sensibil la atingere
 - d) creionul fotosensibil
 - e) procesorul de rețea
- 82 Care din următoarele definiții privitoare la calculatoarele digitale este *falsă*?
- a) un bait (byte) este compus din 8 biți
 - b) fișierul este o colecție de înregistrări intercorelate tratate ca o unitate
 - c) microprocesorul este un singur circuit integrat
 - d) modemul menține alimentarea cu energie a calculatorului
 - e) PACS este acronimul englez pentru “sistem de arhivare și comunicare a imaginii”
- 83 Calculatoarele pot comunica utilizând următoarele canale, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați :
- a) cabluri coaxiale
 - b) linii telefonice

- c) cabluri cu fibră optică
 - d) microunde
 - e) generatori de înaltă frecvență
- 84 Trecând de la o imagine de 256^2 la o imagine de 512^2 care parametru al imaginii se va dubla?
- a) rezoluția spațială
 - b) numărul de pixeli
 - c) nivelurile de gri
 - d) timpul de transmisie
 - e) cerințele de stocare
- 85 Standardul DICOM nu specifică pentru imagine:
- a) tipul
 - b) dimensiunea matricii
 - c) profunzimea bitului
 - d) setările afișajului
 - e) rata de transmisie
- 86 Calculele de bază într-un calculator sunt realizate de:
- a) memoria cu acces aleatoriu RAM
 - b) memoria numai pentru citit ROM
 - c) unitatea centrală de procesare CPU
 - d) interfața pentru sisteme de calculatoare mici
 - e) memorie cu acces aleatoriu dinamică DRAM
- 87 Hardware-ul unui calculator include următoarele dispozitive cu o excepție pe care trebuie să o indicați:
- a) JAVA
 - b) disc dur

- c) casete magnetice
 - d) unitate centrală de procesare (CPU)
 - e) rețea de procesoare
- 88 În comparație cu sistemul ecran film, radiografierea digitală are următoarele caracteristici, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) posibilitatea transmiterii imaginii prin internet
 - b) elimină procesarea filmului
 - c) posibilități de procesare a imaginii
 - d) abilitatea de a stoca datele digital
 - e) îmbunătățește rezoluția spațială
- 89 Sursa principală de zgomot la o imagine radiologică obținută cu un detector panou este:
- a) marmorarea datorată structurii luminoforului
 - b) zgomotul electronic
 - c) zgomotul de digitizare
 - d) marmorare cuantică
 - e) granularitatea filmului
- 90 Contrastul obiectului nu depinde de următoarea caracteristică a leziunii:
- a) grosime
 - b) densitate
 - c) număr atomic
 - d) compoziția fondului
 - e) temperatură
- 91 Contrastul subiectului depinde de:
- a) pata focală la distanța la care este filmul
 - b) mAs
 - c) tensiunea tubului

- d) temperatura revelatorului
 - e) gradientul filmului
- 92 Contrastul filmului, în opoziție cu contrastul subiectului, este afectat în principal de:
- a) tensiunea tubului
 - b) substanța de contrast iodată
 - c) utilizarea grilei
 - d) diferențele în Z
 - e) densitatea optică
- 93 Panta maximă a curbei caracteristice a filmului este cunoscută ca factorul:
- a) densitate
 - b) gama
 - c) transmitanță
 - d) opacitate
 - e) lambda
- 94 Care din următoarele caracteristici ale filmului nu pot fi determinate din curba caracteristică?
- a) viteza
 - b) factorul gama
 - c) nivelul de voal plus cel de bază
 - d) gradientul mediu
 - e) marmorarea
- 95 Marmorarea cuantică este determinată în principal de care dintre următorii factori?
- a) filtrarea fasciculului X
 - b) fotonii radiației X absorbiți în ecran
 - c) energia fotonilor radiației X
 - d) randamentul de conversie al ecranului

e) grosimea ecranului

96 Doza semnificativă genetic nu depinde de:

- a) greutatea pacientului
- b) vârsta pacientului
- c) sexul pacientului
- d) doza la gonade
- e) probabilitatea de a avea copii

97 Contrastul subiectului depinde de:

- a) kVp
- b) curentul în tub (mA)
- c) tipul de film
- d) timpul și temperatura de dezvoltare
- e) densitatea filmului

98 Contrastul filmului, în opoziție cu contrastul subiectului, este influențat în principal de:

- a) kVp
- b) filtrarea fasciculului
- c) prezența agenților de contrast (iod, bariu)
- d) diferențele de densitate ale țesutului
- e) nivelul de densitate optică a filmului

99 Filmele de mare contrast nu pot avea:

- a) voal mic
- b) zgomot mic
- c) latitudine mare
- d) viteză mare
- e) rezoluție mare

- 100 Doza genetică semnificativă medical este:
- a) cauza probabilă a defectelor genetice
 - b) o estimare a riscului genetic individual
 - c) un indicator pentru evaluarea defectelor genetice potențiale ale populației ca urmare a expunerii la radiație ionizantă
 - d) de circa 3 mSv/an
 - e) neglijabilă
- 101 Contrastul subiectului nu este afectat de schimbările în:
- a) combinația film ecran
 - b) numărul atomic al leziunii
 - c) dimensiunile leziunii
 - d) densitatea leziunii
 - e) compoziția regiunii de fundal a leziunii
- 102 Doza eficace datorată unei examinări cu radiație X în mod normal nu ia în considerare:
- a) dozele la organele individuale
 - b) factorul de ponderare pentru radiație
 - c) toate țesuturile expuse
 - d) radiosensibilitatea organelor
 - e) vârsta pacientului
- 103 Un dinte cuprins în fasciculul de radiații X cu axa perpendiculară pe raza centrală are o imagine:
- a) asemănătoare și ușor alungită
 - b) asemănătoare și scurtată
 - c) exactă
 - d) circulară (axială)
 - e) difuză

- 104 Un dinte cuprins în fasciculul de radiații X cu axa oblică pe raza centrală are o imagine:
- a) asemănătoare și ușor alungită
 - b) asemănătoare și scurtată
 - c) exactă
 - d) circulară (axială)
 - e) difuză
- 105 Un dinte cuprins în fasciculul de radiații X cu axa suprapusă cu raza centrală are o imagine:
- a) asemănătoare și ușor alungită
 - b) asemănătoare și scurtată
 - c) exactă
 - d) circulară (axială)
 - e) difuză
- 106 Delimitarea pe film a unor medii a căror suprafață de separare conține direcția de propagare a fasciculului de radiație și care nu au diferențe puternice de absorbție, este:
- a) netă
 - b) difuză
 - c) insesizabilă
 - d) moarăță
 - e) mult mărită
- 107 Delimitarea pe film a unor medii a căror suprafață de separare este orientată oblic față de fasciculul de radiație și care nu au diferențe puternice de absorbție, este:
- a) netă
 - b) difuză
 - c) insesizabilă
 - d) moarăță
 - e) mult mărită

- 108 Delimitarea pe film a unor medii a căror suprafață de separare este orientată perpendicular pe fasciculul de radiație și care nu au diferențe puternice de absorbție, este:
- a) netă
 - b) difuză
 - c) insesizabilă
 - d) moarăță
 - e) mult mărită
- 109 Compacta osoasă vestibulară a mandibulei nu apare pe o radiografie dentară deoarece:
- a) se proiectează paralel cu fasciculul de radiație X
 - b) se proiectează perpendicular cu fasciculul de radiație X
 - c) se proiectează oblic cu fasciculul de radiație X
 - d) are densitate prea mare
 - e) are densitate prea mică
- 110 Suprafața mucoasei gingivale la nivelul crestei alveolare apare bine vizibilă pe radiografia dentară deoarece:
- a) se proiectează paralel cu fasciculul de raze X
 - b) se proiectează perpendicular cu fasciculul de raze X
 - c) se proiectează oblic cu fasciculul de raze X
 - d) are densitate prea mare
 - e) are densitate prea mică
- 111 Poziția vestibulară sau palatinală a unui dinte inclus poate fi stabilită cu precizie prin radiografieri succesive datorită:
- a) proiecției conice
 - b) efectului de paralaxă
 - c) efectului de penumbră
 - d) efectului fotoelectric

e) efectului Compton

112 Radiologia digitală poate duce, spre deosebire de radiologia cu sistemul casetă film, la doze la pacient față de cele optime:

- a) mai mici
- b) egale
- c) mai mari
- d) nu se poate controla doza la pacient
- e) nu se poate defini o doză optimă

113 Care dintre caracteristicile filmului radiografic dentar enumerate nu este adevărată?

- a) are dimensiunea 3/4 cm
- b) are strat fotosensibil pe ambele fețe
- c) este utilizat numai cu folie intensificatoare
- d) este ambalat în hârtie aluminizată
- e) are pe o față folie de staniol

114 Care din următoarele caracteristici *nu* este proprie filmului utilizat în radiografia dentară intraorală?

- a) imaginea se formează prin acțiunea directă a radiației X asupra emulsiei
- b) are strat fotosensibil pe ambele fețe
- c) are pe o față folie de staniol
- d) este ambalat în hârtie aluminizată
- e) se folosește în casete cu ecrane intensificatoare

115 Care din următoarele caracteristici *nu* este proprie filmului utilizat în radiografia dentară extraorală?

- a) imaginea se formează prin acțiunea directă a radiației X asupra emulsiei
- b) are strat fotosensibil pe ambele fețe
- c) este de cel puțin 10 ori mai sensibil la radiația de fluorescență decât la radiația X

- d) filmul sensibil în albastru necesită un ecran intensificator care emite în albastru
- e) se folosește în casete cu ecrane intensificatoare

116 Vizibilitatea unei leziuni pe o radiografie digitală va putea fi îmbunătățită cel mai bine prin creșterea:

- a) kVp
- b) timpului de expunere
- c) filtrării
- d) raportului contrast zgomot
- e) intensității luminoase de afișare

117 Următoarele afirmații sunt în relație cu sistemele digitale de *achiziție* a imaginilor cu radiație X, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:

- a) radiografierea computerizată
- b) dispozitive de măsurare a radiațiilor ionizante
- c) CCD - circuit cu cuplaj de sarcină
- d) captura directă
- e) captura indirectă

Întrebări de legislație de bază

1 Care din următoarele atribuții administrative privind activitățile nucleare face obiectul Legii 111/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare?

- a) dezvoltarea
- b) reglementarea
- c) implementarea
- d) administrarea
- e) popularizare

2 La care din următoarele activități privind instalațiile radiologice *nu* se aplică prevederile Legii 111/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare?

- a) producerea
 - b) amplasarea și construcția
 - c) deținerea
 - d) furnizarea
 - e) conservarea
- 3 Autoritatea națională competentă în domeniul nuclear este:
- a) Ministerul Sănătății Publice
 - b) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
 - c) Agenția Națională de Control a Exporturilor
 - d) Agenția Nucleară
 - e) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
- 4 Care din următoarele autorități poate *emite* reglementări pentru detalierea cerințelor generale de protecție împotriva radiațiilor ionizante?
- a) Ministerul Sănătății Publice
 - b) Ministerul Internelor și Reformei Administrative
 - c) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
 - d) Agenția Nucleară
 - e) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
- 5 Care din următoarele activități privind dispozitivele generatoare de radiații ionizante *nu* necesită o autorizație eliberată de CNCAN?
- a) transportul
 - b) deținerea
 - c) manipularea
 - d) furnizarea
 - e) utilizarea

- 6 Care din următoarele activități privind dispozitivele generatoare de radiații ionizante nu necesită o autorizație eliberată de CNCAN?
- a) proiectarea
 - b) deținerea
 - c) manipularea
 - d) furnizarea
 - e) utilizarea
- 7 Care din următoarele activități privind dispozitivele generatoare de radiații ionizante nu necesită o autorizație eliberată de CNCAN?
- a) cercetarea
 - b) deținerea
 - c) manipularea
 - d) furnizarea
 - e) utilizarea
- 8 Care din următoarele afirmații privind condițiile de eliberare a autorizației nu este adevărată?
- a) se eliberează la cerere
 - b) solicitantul are personalitate juridică sau este nominalizat în anexa nr. 4 la lege
 - c) s-a dovedit respectarea prevederilor legii
 - d) s-a solicitat autorizarea conform procedurii de autorizare
 - e) se eliberează din oficiu pentru autoritățile statului
- 9 Care din următoarele afirmații privind condițiile de eliberare a autorizației nu este adevărată?
- a) se eliberează la cerere
 - b) solicitantul are personalitate juridică sau este nominalizat în anexa nr. 4 la lege
 - c) s-a dovedit respectarea prevederilor legii
 - d) s-a solicitat autorizarea conform procedurii de autorizare

- e) se eliberează fără perceperea de taxe pentru organizații de binefacere și spitale
- 10 Care dintre următoarele, conform prevederilor Legii 111/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare, *nu* reprezintă o fază de autorizare pentru instalații radiologice?
- a) amplasarea
 - b) finanțarea
 - c) construirea
 - d) exploatarea
 - e) modificarea
- 11 Care din următoarele afirmații privind condițiile de eliberare a permisului de exercitare *nu* este adevărată?
- a) se eliberează la cerere
 - b) se eliberează pentru o durată determinată
 - c) se eliberează pentru o durată nedeterminată
 - d) s-au achitat taxele și tarifele legale
 - e) se eliberează în baza unei evaluări și examinări
- 12 Permisele de exercitare a activităților nucleare se pot elibera de către:
- a) Ministerul Sănătății Publice pentru domeniul medical
 - b) Ministerul Internelor și Reformei Administrative pentru poliție
 - c) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
 - d) Agenția Nucleară
 - e) Serviciul Român de Informații în cazurile în care este implicată siguranța națională
- 13 Permisele de exercitare de nivel unu a activităților nucleare pentru personalul propriu și lucrătorii externi pot fi eliberate de către:
- a) Ministerul Sănătății Publice pentru domeniul medical

- b) Ministerul Internelor și Reformei Administrative în cazurile în care este implicată ordinea publică
 - c) Titularul de autorizație pentru personalul propriu și lucrătorii externi
 - d) Agenția Nucleară
 - e) Serviciul Român de Informații în cazurile în care este implicată siguranța națională
- 14 Permisele de exercitare a activităților nucleare se eliberează în baza îndeplinirii de către solicitanți a următoarelor condiții, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) promovarea unor evaluări și examinări
 - b) posedarea unui aviz medical specific
 - c) fac dovada achitării taxelor și tarifelor legale
 - d) au avizul organelor competente privind siguranța națională dacă au acces la documente cu caracter secret
 - e) depășirea vârstei de 30 ani
- 15 Autorizațiile se retrag sau se suspendă de către:
- a) Ministerul Sănătății Publice pentru domeniul medical
 - b) Ministerul Internelor și Reformei Administrative pentru poliție
 - c) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
 - d) Agenția Nucleară
 - e) Serviciul Român de Informații în cazurile în care este implicată siguranța națională
- 16 Care din următoarele afirmații privind cauzele care duc la retragerea sau suspendarea autorizațiilor *nu* este adevărată?
- a) schimbarea acționariatului titularului
 - b) nerespectarea prevederilor legii 111/1996
 - c) nerespectarea limitelor și condițiilor prevăzute în autorizație
 - d) neîndeplinirea măsurilor dispuse de organele de control
 - e) nerespectarea reglementărilor specifice

- 17 Care din următoarele afirmații privind cauzele care duc la retragerea sau suspendarea autorizațiilor *nu* este adevărată?
- a) schimbarea acționariatului titularului
 - b) apariția unor situații noi care pot afecta desfășurarea în condiții de siguranță a activităților nucleare
 - c) nerespectarea limitelor și condițiilor prevăzute în autorizație
 - d) neîndeplinirea măsurilor dispuse de organele de control
 - e) nerespectarea reglementărilor specifice
- 18 Care din următoarele afirmații privind cauzele care duc la retragerea sau suspendarea autorizațiilor *nu* este adevărată?
- a) schimbarea acționariatului titularului
 - b) schimbarea situației juridice în sensul pierderii capacității juridice
 - c) nerespectarea limitelor și condițiilor prevăzute în autorizație
 - d) neîndeplinirea măsurilor dispuse de organele de control
 - e) nerespectarea reglementărilor specifice
- 19 Care din următoarele afirmații privind cauzele care duc la retragerea sau suspendarea autorizațiilor *nu* este adevărată?
- a) schimbarea situației juridice în sensul încetării de a mai fi legal constituit
 - b) schimbarea situației juridice în sensul pierderii capacității juridice
 - c) nerespectarea limitelor și condițiilor prevăzute în autorizație
 - d) neîndeplinirea măsurilor dispuse de organele de control
 - e) schimbarea acționariatului titularului
- 20 Dacă se constată că titularul de autorizație este în situația de retragere sau suspendare a autorizațiilor, retragerea sau suspendarea acestora se face conform celor enumerate, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) din propria inițiativă a emitentului
 - b) la sesizarea oricăror persoane fizice
 - c) la sesizarea oricăror persoane juridice

- d) la cererea organelor de control
 - e) în minimum 3 luni de la constatare
- 21 Limitele și condițiile specificate în autorizație pot fi completate, revizuite sau modificate, motivat, de către:
- a) Ministerul Sănătății Publice pentru domeniul medical
 - b) Ministerul Internelor și Reformei Administrative pentru poliție
 - c) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
 - d) Organele de control menționate în anexa nr. 3 la Lege
 - e) Serviciul Român de Informații în cazurile în care este implicată siguranța națională
- 22 Autorizația se retrage fără compensație în următoarele situații, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) s-a obținut făcându-se uz de declarații false
 - b) au fost încălcate prevederile Legii 111/1996
 - c) au fost încălcate condițiile prevăzute în autorizație
 - d) personalul titularului a fost supus la riscuri peste limitele reglementate, generate de activitatea autorizată
 - e) când retragerea a fost dispusă de reprezentanții Camerei de comerț teritoriale
- 23 Cuantumul compensației legale datorate titularului la retragerea autorizației de către autoritatea care a dispus retragerea se stabilește conform celor enumerate, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) ținând seama de interesul public
 - b) ținând seama de interesul titularului de autorizație
 - c) ținând seama de motivele care au condus la retragerea autorizației
 - d) prin înțelegerea părților
 - e) la propunerea Consiliului Local

- 24 Quantumul compensației legale datorate titularului la retragerea autorizației de către autoritatea care a dispus retragerea se stabilește conform celor enumerate, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) conform anexelor regulamentului de taxe și tarife al CNCAN
 - b) ținând seama de interesul titularului de autorizație
 - c) ținând seama de motivele care au condus la retragerea autorizației
 - d) prin înțelegerea părților
 - e) de către instanța judecătorească
- 25 Care din următoarele afirmații privind condițiile pe care trebuie să le demonstreze solicitantii pentru eliberarea autorizațiilor și certificatelor de înregistrare nu este adevărată?
- a) instituie și menține un sistem de protecție împotriva radiațiilor ionizante
 - b) personalul cunoaște reglementările privind securitatea nucleară și protecția împotriva radiațiilor ionizante
 - c) acționarii să fie cetățeni români
 - d) dotarea tehnică necesară
 - e) deține toate celelalte acorduri și avize prevăzute de lege
- 26 Care din următoarele afirmații privind condițiile pe care trebuie să le demonstreze solicitantii pentru eliberarea autorizațiilor și certificatelor de înregistrare nu este adevărată?
- a) instituie și menține un sistem de protecție împotriva radiațiilor ionizante
 - b) personalul cunoaște reglementările privind securitatea nucleară și protecția împotriva radiațiilor ionizante
 - c) deține toate celelalte acorduri, avize și autorizații prevăzute de lege
 - d) acționarii să fie cetățeni români
 - e) propune un amplasament al instalației radiologice corespunzător
- 27 Titularul autorizației are obligația și răspunderea de a lua toate măsurile necesare pentru asigurarea și menținerea celor enumerate, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:

- a) protecției împotriva radiațiilor ionizante
 - b) protecției fizice
 - c) protecției sociale
 - d) planurilor proprii de intervenție în caz de accident nuclear
 - e) evidenței stricte a generatorilor de radiație
- 28 Titularul autorizației are obligația și răspunderea de a lua toate măsurile necesare pentru asigurarea și menținerea celor enumerate, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) protecției sociale
 - b) protecției fizice
 - c) protecției împotriva radiațiilor ionizante
 - d) planurilor proprii de intervenție în caz de accident nuclear
 - e) evidenței stricte a instalațiilor radiologice
- 29 Titularul autorizației are obligația și răspunderea de a lua toate măsurile necesare, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați, pentru:
- a) respectarea indicațiilor agenților organelor administrative locale
 - b) respectarea limitelor și condițiilor tehnice prevăzute în autorizație
 - c) raportarea oricăror depășiri a limitelor
 - d) limitarea numai la activitățile pentru care a fost autorizat
 - e) ținerea unei evidențe stricte a instalațiilor radiologice
- 30 Titularul autorizației are obligația și răspunderea de a lua toate măsurile necesare, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați, pentru:
- a) dezvoltarea propriului sistem de regulamente și instrucțiuni
 - b) respectarea limitelor și condițiilor tehnice prevăzute în autorizație
 - c) raportarea oricăror depășiri ale limitelor
 - d) limitarea numai la activitățile pentru care a fost autorizat
 - e) respectarea indicațiilor agenților organelor administrative locale

- 31 La încetarea activității titularul autorizației este obligat, în prealabil, să solicite și să obțină, după caz, autorizația conform Legii 111/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) deținere
 - b) conservare
 - c) dezafectare
 - d) transfer
 - e) transport
- 32 La încetarea activității titularul autorizației este obligat, în prealabil, să solicite și să obțină, după caz, conform Legii 111/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați, autorizația de:
- a) export
 - b) conservare
 - c) dezafectare
 - d) transfer
 - e) deținere
- 33 La dezafectarea instalațiilor radiologice, titularul autorizației este obligat, în prealabil, să solicite și să obțină, după caz, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați, autorizația de:
- a) securitate radiologică pentru produs
 - b) conservare
 - c) dezafectare
 - d) transfer
 - e) deținere
- 34 La transferul instalațiilor radiologice sau a materialelor radioactive, titularul autorizației este obligat, în prealabil, să solicite și să obțină, după caz, autorizația de:
- a) export
 - b) conservare

- c) dezafectare
 - d) transfer
 - e) deținere
- 35 Controlul preventiv, operativ-curent și ulterior al respectării prevederilor Legii 111/1996, republicată, se efectuează de către:
- a) reprezentanții CNCAN
 - b) reprezentanții CNCAN încadrați pe post de inspectori
 - c) reprezentanții CNCAN încadrați pe post de consilieri
 - d) reprezentanții CNCAN încadrați pe post de experți
 - e) reprezentanții CNCAN anume împuterniciți
- 36 Controlul preventiv, operativ-curent și ulterior al respectării prevederilor Legii 111/1996, republicată, se efectuează de către:
- a) reprezentanții desemnați de CNCAN și persoanele aprobate de Guvernul României
 - b) reprezentanții CNCAN încadrați pe post de inspectori
 - c) reprezentanții CNCAN încadrați pe post de consilieri
 - d) reprezentanții CNCAN încadrați pe post de experți
 - e) reprezentanții CNCAN
- 37 Care din următoarele afirmații privind locurile în care se efectuează controlul preventiv, operativ-curent și ulterior al respectării prevederilor Legii 111/1996, republicată, *nu* este adevărată?
- a) la solicitanții de autorizații
 - b) la titularii de autorizații
 - c) la forurile tutelare
 - d) în orice loc care ar putea avea legătură cu activitățile nucleare
 - e) la orice persoană fizică care ar putea deține instalații radiologice

- 38 Care din următoarele afirmații privind drepturile pe care le au reprezentanții CNCAN în exercitarea mandatului de control, *nu* este adevărată?
- a) să aibă acces la orice loc în care se desfășoară activități nucleare
 - b) să efectueze măsurări
 - c) să solicite prelevări și să primească eșantioane din produsele supuse controlului
 - d) să primească, prin grija titularului de autorizație, cazarea corespunzătoare gradului profesional deținut
 - e) să primească, prin grija titularului de autorizație, echipamentul de protecție corespunzător
- 39 Care din următoarele afirmații privind drepturile pe care le au reprezentanții CNCAN în exercitarea mandatului de control, *nu* este adevărată?
- a) să aibă acces la orice loc în care se desfășoară activități nucleare
 - b) să aibă acces la toate informațiile, datele tehnice și contractuale, sub orice formă, necesare pentru îndeplinirea obiectivelor controlului
 - c) să solicite prelevări și să primească eșantioane din produsele supuse controlului
 - d) să primească, prin grija titularului de autorizație, cazarea corespunzătoare gradului profesional deținut
 - e) să primească, prin grija titularului de autorizație, echipamentul de protecție corespunzător
- 40 Care din următoarele afirmații privind drepturile pe care le au reprezentanții CNCAN în exercitarea mandatului de control, *nu* este adevărată?
- a) să oblige pe titularul de autorizație să transmită rapoarte, informații și notificări
 - b) să primească, prin grija titularului de autorizație, cheltuielile de transport și cazare conform baremelor legale
 - c) să solicite prelevări și să primească eșantioane din produsele supuse controlului
 - d) să primească, prin grija titularului de autorizație, echipamentul de protecție corespunzător
 - e) să oblige pe titularul autorizației să mențină evidența surselor

- 41 Care din următoarele afirmații privind drepturile pe care le au reprezentanții CNCAN în exercitarea mandatului de control, *nu* este adevărată?
- a) să oblige pe titularul de autorizație să transmită rapoarte, informații și notificări
 - b) să controleze evidențele surselor și activităților supuse controlului
 - c) să primească, prin grija titularului de autorizație, o masă caldă dacă controlul durează mai mult de 6 ore
 - d) să primească, prin grija titularului de autorizație, echipamentul de protecție corespunzător
 - e) să oblige pe titularul autorizației să mențină evidența surselor
- 42 Care din următoarele afirmații privind atribuțiile pe care le au reprezentanții CNCAN după încheierea controlului, *nu* este adevărată?
- a) să dispună reorganizarea judiciară a titularului de autorizație
 - b) să încheie un proces verbal de control
 - c) să propună suspendarea sau retragerea autorizației
 - d) să dispună titularului de autorizație sancționarea disciplinară a personalului vinovat
 - e) să propună sesizarea organelor de urmărire judiciară
- 43 Care din următoarele afirmații privind atribuțiile pe care le au reprezentanții CNCAN după încheierea controlului, *nu* este adevărată?
- a) să propună sesizarea organelor de urmărire judiciară
 - b) să încheie un proces verbal de control
 - c) să propună suspendarea sau retragerea autorizației
 - d) să dispună titularului de autorizație sancționarea disciplinară a personalului vinovat
 - e) să dispună reorganizarea judiciară a titularului de autorizație
- 44 Care din următoarele afirmații privind atribuțiile pe care le au reprezentanții CNCAN după încheierea controlului, *nu* este adevărată?
- a) să propună sesizarea organelor de urmărire judiciară
 - b) să aplice titularului autorizației, prin persoanele care îl reprezintă în raport cu autoritățile publice, sancțiunile contravenționale

- c) să propună suspendarea sau retragerea autorizației
 - d) să dispună titularului de autorizație sancționarea disciplinară a personalului vinovat
 - e) să dispună reorganizarea judiciară a titularului de autorizație
- 45 Care din următoarele afirmații privind atribuțiile pe care le au reprezentanții CNCAN după încheierea controlului, *nu* este adevărată?
- a) să propună sesizarea organelor de urmărire judiciară
 - b) să aplice sancțiunile contravenționale personalului care se face vinovat pentru săvârșirea acestor contravenții
 - c) să propună suspendarea sau retragerea autorizației
 - d) să dispună titularului de autorizație sancționarea disciplinară a personalului vinovat
 - e) să dispună reorganizarea judiciară a titularului de autorizație
- 46 Care din următoarele afirmații privind atribuțiile pe care le au reprezentanții CNCAN după încheierea controlului, *nu* este adevărată?
- a) să propună sesizarea organelor de urmărire judiciară
 - b) să propună radierea titularului de autorizație
 - c) să propună suspendarea sau retragerea autorizației
 - d) să dispună titularului de autorizație sancționarea disciplinară a personalului vinovat
 - e) să aplice sancțiunile contravenționale personalului care se face vinovat pentru săvârșirea acestor contravenții
- 47 În caz de nesupunere la control, CNCAN poate cere intervenția:
- a) reprezentanților forului tutelar
 - b) reprezentanților laboratorului de igiena radiațiilor
 - c) reprezentanților Inspectoratului General al Poliției
 - d) reprezentanților Serviciului Român de Informații
 - e) reprezentanților Ministerului Justiției

- 48 În caz de nesupunere la control, CNCAN poate cere intervenția:
- a) expertului acreditat în radioprotecție
 - b) laboratorului de igiena radiațiilor
 - c) reprezentantului prefecturii
 - d) reprezentanților Serviciului Român de Informații
 - e) reprezentanților Inspectoratului General al Poliției
- 49 Organele de control al activităților nucleare, conform Legii 111/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare, sunt cele enumerate, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
 - b) Autoritatea Națională a Vămirilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice
 - c) Inspecția Energetică
 - d) Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
 - d) Biroul Român de Metrologie Legală
- 50 Organele de control al activităților nucleare, conform Legii 111/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare, sunt cele enumerate, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) Inspectoratul General al Poliției Române și unitățile subordonate acestuia
 - b) Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București
 - c) Inspecția Energetică
 - d) Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat

e) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

- 51 Introducerea în domeniul medical, pentru diagnostic și tratament medical a dispozitivelor generatoare de radiații ionizante se autorizează de către:
- a) Ministerul Sănătății Publice
 - b) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
 - c) Autoritatea de Sănătate Publică
 - d) Autoritatea Națională a Vămirilor
 - e) Ministerul Economiei și Finanțelor
- 52 Sistemul epidemiologic de supraveghere a stării de sănătate a personalului expus profesional *se organizează* de către:
- a) Autoritatea Sanitar Veterinară
 - b) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
 - c) Autoritatea de Sănătate Publică
 - d) Ministerul Sănătății Publice
 - e) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
- 53 Sistemul epidemiologic de supraveghere a condițiilor de igienă în unitățile în care se desfășoară activitățile nucleare *se organizează* de către:
- a) Autoritatea Sanitar Veterinară
 - b) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
 - c) Autoritatea de Sănătate Publică
 - d) Ministerul Sănătății Publice
 - e) Agenția Nucleară
- 54 Faptele enumerate constituie infracțiuni la Legea 111/1996, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:

- a) utilizarea generatorilor de radiații ionizante fără a avea autorizația corespunzătoare, dacă acestea prezintă un risc radiologic deosebit
- b) nerespectarea limitelor și a condițiilor prevăzute în autorizații
- c) la încetarea activității nu s-a obținut în prealabil autorizația de deținere, conservare, dezafectare sau transfer, după caz
- d) introducerea în circuitul economic și social, în vederea utilizării sau consumului de către populație a produselor care au fost supuse iradierii, fără a avea autorizația corespunzătoare
- e) utilizarea surselor de radiații ionizante fără a avea autorizația corespunzătoare, dacă acestea prezintă un risc radiologic deosebit

55 Faptele enumerate constituie *infrațiuni* la Legea 111/1996, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:

- a) manipularea instalațiilor radiologice fără a avea autorizația corespunzătoare, dacă acestea prezintă un risc radiologic deosebit
- b) pătrunderea fără drept, în orice mod, într-un spațiu, încăpere sau zonă delimitată și marcată în care se desfășoară activitățile nucleare, fără consimțământul persoanei care le folosește
- c) la încetarea activității nu s-a obținut în prealabil autorizația de deținere, conservare, dezafectare sau transfer, după caz
- d) introducerea în domeniul medical, pentru diagnostic și tratament medical, a surselor închise, deschise și a dispozitivelor generatoare de radiații ionizante fără a avea autorizația corespunzătoare
- e) folosirea de către persoanele autorizate a generatorilor de radiații ionizante încredințate în alte scopuri decât cele stabilite pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu

56 Faptele enumerate constituie *contravenții* la Legea 111/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:

- a) nerespectarea obligațiilor de raportare
- b) amenințarea cu accident nuclear cu scopul tulburării grave a ordinii publice prin intimidare
- c) nerespectarea limitelor și a condițiilor prevăzute în autorizații
- d) neducerea la îndeplinire, în termenul stabilit, a dispozițiilor date prin procesul verbal de control

e) utilizarea în activitățile nucleare de personal care nu posedă permis de exercitare corespunzător

57 Care din faptele enumerate *nu* constituie *contravenție* la Legea 111/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare?

- a) exercitarea de activități nucleare fără permisul de exercitare corespunzător
- b) împiedicarea prin orice mijloace a accesului reprezentanților CNCAN la orice loc în care se desfășoară activitățile supuse controlului
- c) nerespectarea limitelor și a condițiilor prevăzute în autorizații
- d) neducerea la îndeplinire, în termenul stabilit, a dispozițiilor date prin procesul verbal de control
- e) nesolicitarea reautorizării, la termenul stabilit prin reglementările specifice, înainte de expirarea vechii autorizații

58 Care din faptele enumerate constituie *infrațiune* la Legea 111/1996?

- a) exercitarea de activități nucleare fără permisul de exercitare corespunzător
- b) împiedicarea prin orice mijloace a accesului reprezentanților CNCAN la orice loc în care se desfășoară activitățile supuse controlului
- c) nerespectarea limitelor și a condițiilor prevăzute în autorizații
- d) neducerea la îndeplinire, în termenul stabilit, a dispozițiilor date prin procesul verbal de control
- e) utilizarea în activitățile nucleare de personal care nu posedă permis de exercitare corespunzător

59 Amenda maximă prevăzută de lege, cu care se sancționează contravențiile la Legea 111/1996 este de:

- a) 1000 lei
- b) 5000 lei
- c) 10000 lei
- d) 20000 lei
- e) 30000 lei

- 60 Amenda maximă prevăzută de lege, cu care se sancționează contravențiile la Legea 111/1996 este de:
- a) 10000 lei
 - b) 15000 lei
 - c) 20000 lei
 - d) 25000 lei
 - e) 30000 lei
- 61 Amenda minimă prevăzută de lege, cu care se sancționează contravențiile la Legea 111/1996 este de:
- a) 100 lei
 - b) 500 lei
 - c) 1000 lei
 - d) 1500 lei
 - e) 2000 lei
- 62 Amenda minimă prevăzută de lege, cu care se sancționează contravențiile la Legea 111/1996 este de:
- a) 50 lei
 - b) 100 lei
 - c) 200 lei
 - d) 250 lei
 - e) 500 lei
- 63 Constatarea și aplicarea contravențiilor la Legea 111/1996 se fac de către:
- a) inspectorii CNCAN
 - b) inspectorii de poliție
 - c) inspectorii Gărzii de Mediu
 - d) inspectorii Laboratoarelor de igiena radiațiilor
 - e) reprezentanți împuterniciți ai CNCAN

- 64 Constatarea și aplicarea contravențiilor la Legea 111/1996 se fac de către:
- a) inspectorii CNCAN
 - b) inspectorii de poliție
 - c) reprezentanți împuterniciți ai CNCAN
 - d) inspectorii Laboratoarelor de igiena radiațiilor
 - e) reprezentanți împuterniciți ai Agenției Nucleare
- 65 Activitate nucleară în înțelesul dat de Legea 111/1996 este orice practică umană având una sau mai multe din caracteristicile următoare, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) introduce surse suplimentare
 - b) introduce căi de expunere suplimentare
 - c) extinde expunerea la un număr mai mare de persoane
 - d) modifică rețeaua de căi de expunere
 - e) este declarată ca atare de executant
- 66 *Activitate nucleară* în înțelesul dat de Legea 111/1996 este orice practică umană având una sau mai multe din caracteristicile următoare, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) introduce surse suplimentare
 - b) este declarată ca atare de executant
 - c) extinde expunerea la un număr mai mare de persoane
 - d) modifică rețeaua de căi de expunere
 - e) introduce căi de expunere suplimentare
- 67 Dispozitive generatoare de radiații ionizante în înțelesul dat de Legea 111/1996 sunt acele dispozitive care produc următoarele radiații, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) radiații laser
 - b) radiații X
 - c) neutroni

- d) electroni
 - e) protoni
- 68 Dispozitive generatoare de radiații ionizante în înțelesul dat de Legea 111/1996 sunt acele dispozitive care produc următoarele radiații, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) electroni
 - b) radiații X
 - c) neutroni
 - d) radiații ultraviolete
 - e) protoni
- 69 *Instalație radiologică* în înțelesul dat de Legea 111/1996 este:
- a) reactorul nuclear energetic
 - b) generatorul de radiație ionizantă
 - c) reactorul nuclear de cercetare
 - d) instalația de retratare a combustibilului nuclear iradiat
 - e) instalația în care sunt stocate materiale nucleare
- 70 *Plan de intervenție* în înțelesul dat de Legea 111/1996 este ansamblul de măsuri care se aplică în caz de:
- a) inundații
 - b) incendiu
 - c) accident nuclear
 - d) calamitate
 - e) hazard biologic
- 71 Orice persoană fizică sau juridică care a suferit un prejudiciu ca urmare a abuzurilor săvârșite de CNCAN sau de alt organism prevăzut de lege poate face plângere la:
- a) CNCAN
 - b) instanța în jurisdicția căreia se află organismul care a produs prejudiciul

- c) instanța în jurisdicția căreia se află
 - d) instanța de contencios administrativ
 - e) instanța în jurisdicția căreia se află CNCAN
- 72 Orice persoană fizică sau juridică care a suferit un prejudiciu ca urmare a abuzurilor săvârșite de CNCAN sau de alt organism prevăzut de lege poate face plângere, în termen de 30 de zile, la:
- a) prefectură
 - b) instanța în jurisdicția căreia se află organismul care a produs prejudiciul
 - c) instanța în jurisdicția căreia se află
 - d) instanța de contencios administrativ
 - e) instanța în jurisdicția căreia se află CNCAN
- 73 Orice persoană fizică sau juridică care a suferit un prejudiciu ca urmare a abuzurilor săvârșite de CNCAN sau de alt organism prevăzut de lege poate face plângere, în termen de 30 de zile, la:
- a) instanța de contencios administrativ
 - b) instanța în jurisdicția căreia se află organismul care a produs prejudiciul
 - c) instanța în jurisdicția căreia se află
 - d) instanța comercială
 - e) Autoritatea de Sănătate Publică teritorială
- 74 Sistem de management în domeniul nuclear în înțelesul dat de Legea 111/1996 este sistemul de management al calității instituit și menținut în conformitate cu reglementările specifice emise de CNCAN și care este controlat de:
- a) CNCAN
 - b) ASRO
 - c) RENAR
 - d) LAREX
 - e) organismul acreditat de certificare

- 75 Sistem controlat de management în domeniul nuclear în înțelesul dat de Legea 111/1996 este sistemul de management al calității instituit și menținut în conformitate cu:
- a) sistemul de standarde ISO 9000
 - b) standardele europene (EN) specifice
 - c) reglementările specifice emise de CNCAN
 - d) sistemul de standarde ISO 45000
 - e) reglementările organismul acreditat de certificare
- 76 Lista cuprinzând unitățile fără personalitate juridică ce pot fi autorizate să desfășoare activități din domeniul nuclear (Anexa nr. 4 la Legea 111/1996) este:
- a) definitivă
 - b) exhaustivă
 - c) poate fi completată de CNCAN
 - d) poate fi completată prin hotărâre a Guvernului
 - e) poate fi completată de Registrul Comerțului
- 77 Lista cuprinzând unitățile fără personalitate juridică ce pot fi autorizate să desfășoare activități din domeniul nuclear (Anexa nr. 4 la Legea 111/1996) este:
- a) definitivă
 - b) poate fi completată de CNCAN
 - c) poate fi completată de Ministerul Economiei și Comerțului
 - d) poate fi completată prin hotărâre a Guvernului
 - e) poate fi completată de Registrul Comerțului
- 78 Normele privind cerințele de bază de securitate radiologică (NSR-01) stabilește cerințe generale referitoare la asigurarea protecției sănătății persoanelor privind securitatea:
- a) financiară
 - b) socială
 - c) radiologică
 - d) fizică

e) alimentară

79 Prevederile Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică (NSR - 01) se aplică practicilor care implică riscul expunerii la radiații ionizante provenite de la sursele menționate, cu *excepția* uneia pe care trebuie să o indicați :

a) sursele artificiale

b) sursele naturale, în cazul în care radionuclizii sunt sau au fost procesați în vederea folosirii proprietăților lor de substanțe radioactive, fisionabile sau fertile

c) echipamentele electrice care, operând la o diferență de potențial de peste 5 keV, generează asemenea radiații

d) componente ale fondului natural de radiații, precum: radionuclizii prezenți în organismul uman și radiațiile cosmice înregistrate în mod normal la nivelul solului

e) intervenția în caz de urgență radiologică

80 Prevederile Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică (NSR - 01) se aplică practicilor care implică riscul expunerii la radiații ionizante provenite de la sursele menționate, cu *excepția* uneia pe care trebuie să o indicați:

a) componente ale fondului natural de radiații, precum: radionuclizii prezenți în organismul uman și radiațiile cosmice înregistrate în mod normal la nivelul solului b) surselor artificiale

c) surselor naturale, în cazul în care radionuclizii sunt sau au fost procesați în vederea folosirii proprietăților lor de substanțe radioactive, fisionabile sau fertile

d) echipamentelor electrice care, operând la o diferență de potențial de peste 5 keV, generează asemenea radiații

e) expunerilor remanente ulterioare unei urgențe radiologice

- 81 Sunt *exceptate* de la autorizarea de către CNCAN următoarele practici, în afara uneia pe care trebuie să o indicați:
- a) care implică materiale radioactive a căror activitate totală nu depășește nivelul de exceptare prevăzut de norme
 - b) care implică materiale radioactive a căror concentrație a activității nu depășește nivelul de exceptare prevăzut de norme
 - c) care implică repararea instalațiilor radiologice
 - d) care implică aparate electrice operând la diferențe de potențial de maximum 30 kV
 - e) care implică materiale contaminate cu radionuclizi rezultate din practici autorizate care îndeplinesc nivelurile de eliberare de sub regimul de autorizare stabilite de norme
- 82 Justificarea unei practici (noi sau existente) constă în precizarea în scris, de către inițiator sau titularul de autorizație, a:
- a) necesității și utilității acesteia
 - b) avantajelor economice, sociale sau de altă natură
 - c) detrimentului pe care ar putea să îl cauzeze sănătății
 - d) beneficiilor rezultate în urma practicii, pentru persoane și societate, mai mari în comparație cu efectele negative pe care aceasta le poate avea asupra sănătății
 - e) a intensității utilizării instalației radiologice în cadrul practicii
- 83 Dacă o practică nu se mai justifică CNCAN poate dispune:
- a) expertizarea practicii de către un organism certificat
 - b) schimbarea titularului de autorizație
 - c) oprirea acesteia
 - d) achiziționarea de echipament de protecție individual suplimentar
 - e) nu este de competența CNCAN

- 84 Pentru situațiile de expunere planificată, întreprinderea trebuie să asigure, încă din faza de realizare, optimizarea protecției împotriva radiațiilor ionizante a personalului expus profesional, a lucrătorilor în situații de urgență și a populației, în sensul de a asigura că toate expunerile, din cadrul practicii desfășurate să fie menținute:
- a) sub limita de doză pentru persoane expuse profesional
 - b) sub nivelul de acțiune
 - c) sub nivelul de notificare
 - d) sub constrângerea de doză
 - e) la un nivel cât mai scăzut rezonabil posibil, luând în considerare stadiul actual al cunoașterii tehnice și de factorii economici și sociali
- 85 Limita de doză pentru expunerea profesională se aplică sumei expunerilor profesionale anuale ale unui lucrător provenind din expunerea la:
- a) fondul natural de radiații
 - b) toate practicile autorizate
 - c) radiații X pentru diagnosticul medical propriu
 - d) radiații ca voluntar într-un program de cercetări medicale
 - e) radiații ca susținător al pacienților aflați în curs de tratament medical, în afara propriei activități
- 86 Limitele de doză pentru expunerea publică se aplică sumei expunerilor anuale ale unei persoane provenind din expunerea la:
- a) fondul natural de radiații
 - b) toate practicile autorizate
 - c) radiații X pentru diagnosticul medical propriu
 - d) radiații ca voluntar într-un program de cercetări medicale
 - e) radiații ca susținător al pacienților aflați în curs de tratament medical

- 87 Limitele de doză pentru expunerea publică se aplică sumei expunerilor anuale ale unei persoane provenind din expunerea la:
- a) fondul natural de radiații
 - b) toate practicile autorizate
 - c) radiații X pentru diagnosticul medical propriu
 - d) radonul din locuințe
 - e) radiații ca susținător al pacienților aflați în curs de tratament medical
- 88 Limitele de doză pentru expunerea publică se aplică sumei expunerilor anuale ale unei persoane provenind din expunerea la:
- a) expunerea la radiații în timpul excursiilor la mare înălțime
 - b) radiații pentru tratamentul medical propriu
 - c) radiații X pentru diagnosticul medical propriu
 - d) radonul din locuințe
 - e) toate practicile autorizate
- 89 Limita de doză pentru expunerea profesională *nu* se aplică sumei expunerilor profesionale anuale ale unui lucrător provenind de la expunerea la practicile și radiațiile enumerate cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) expunerea la radiații în timpul excursiilor la mare înălțime
 - b) toate practicile autorizate
 - c) radiații X pentru diagnosticul medical propriu
 - d) radiații ca voluntar într-un program de cercetări medicale
 - e) radiații ca susținător al pacienților aflați în curs de tratament medical, în afara propriei activități

- 90 Limitele de doză pentru expunerea publică *nu* se aplică la suma expunerilor anuale ale unei persoane provenind de la expunerea la practicile și radiațiile enumerate cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) fondul natural de radiații
 - b) radiații pentru tratamentul medical propriu
 - c) radiații X pentru diagnosticul medical propriu
 - d) radonul din locuințe
 - e) toate practicile autorizate
- 91 Constrângerea de doză în sensul dat de Normele privind cerințele de bază de securitate radiologică va fi utilizată ca:
- a) nivel de înregistrare
 - b) nivel de acțiune
 - c) limită de doză
 - d) limită superioară a dozelor proiectate
 - e) limită inferioară a dozelor proiectate
- 92 Respectarea constrângerilor de doză stabilite de Ministerul Sănătății pentru persoanele implicate în îngrijirea și susținerea pacienților care fac obiectul expunerii medicale va fi stabilită de către:
- a) Ministerul Sănătății
 - b) Autoritatea de sănătate publică

- c) CNCAN
- d) Agenția Nucleară
- e) Colegiul Medicilor

93 Respectarea constrângerilor de doză stabilite de Ministerul Sănătății pentru expunerea voluntarilor care participă la cercetarea medicală sau biomedicală va fi stabilită de către:

- a) Ministerul Sănătății
- b) Autoritatea de sănătate publică
- c) CNCAN
- d) Comitetul de etică
- e) Colegiul Medicilor

94 În activități care implică expunerea profesională la radiație pot fi utilizate persoane:

- a) care au vârsta mai mică de 18 ani
- b) care au vârsta mai mare de 18 ani
- c) care au vârsta mai mare de 20 ani
- d) care au depășit vârsta la care se eliberează cartea de identitate
- e) nu există în norme o prevedere referitoare la vârstă

95 Limita anuală a dozei efective pentru personalul expus profesional este:

- a) 1 mSv
- b) 10 mSv
- c) 20 mSv
- d) 30 mSv
- e) 50 mSv

- 96 Limita anuală a dozei efective pentru personalul expus profesional este:
- a) 10 mSv
 - b) 20 mSv
 - c) 30 mSv
 - d) 40 mSv
 - e) 50 mSv
- 97 Limita anuală a dozei echivalente la cristalin, pentru personalul expus profesional, în cazul în care nu se depășește limita anuală a dozei efective pentru aceste persoane, este:
- a) 20 mSv
 - b) 50 mSv
 - c) 100 mSv
 - d) 150 mSv
 - e) 200 mSv
- 98 Limita anuală a dozei echivalente la piele, aplicată la valoarea mediată pe 1 cm² din zona cea mai puternic iradiată a pielii, pentru personalul expus profesional, în cazul în care nu se depășește limita anuală a dozei efective pentru aceste persoane, este:
- a) 50 mSv
 - b) 100 mSv
 - c) 200 mSv
 - d) 300 mSv
 - e) 500 mSv
- 99 Limita anuală a dozei echivalente la extremități, mâini și picioare, pentru personalul expus profesional, în cazul în care nu se depășește limita anuală a dozei efective pentru aceste persoane, este:
- a) 50 mSv
 - b) 100 mSv
 - c) 200 mSv

- d) 300 mSv
- e) 500 mSv

100 Limita anuală a dozei efective pentru populație este:

- a) 0,1 mSv
- b) 0,5 mSv
- c) 1 mSv
- d) 1,5 mSv
- e) 2 mSv

101 Limita anuală a dozei echivalente la cristalin, pentru populație, în cazul în care nu se depășește limita anuală a dozei efective pentru aceste persoane, este:

- a) 2,5 mSv
- b) 5 mSv
- c) 10 mSv
- d) 15 mSv
- e) 20 mSv

102 Limita anuală a dozei echivalente la piele, aplicată la valoarea mediată pe 1 cm² din zona cea mai puternic iradiată a pielii, pentru populație, în cazul în care nu se depășește limita anuală a dozei efective pentru aceste persoane, este:

- a) 10 mSv
- b) 25 mSv
- c) 50 mSv
- d) 75 mSv
- e) 100 mSv

103 Limita anuală a dozei efective pentru persoanele având vârsta de peste 18 ani care, în timpul pregătirii lor, sunt obligate să utilizeze surse de radiații este:

- a) 1 mSv
- b) 10 mSv

c) 20 mSv

d) 30 mSv

e) 50 mSv

104 Limita anuală a dozei echivalente la cristalin, pentru persoanele având vârsta de peste 18 ani care, în timpul pregătirii lor, sunt obligate să utilizeze surse de radiații, în cazul în care nu se depășește limita anuală a dozei efective pentru aceste persoane, este:

a) 20 mSv

b) 50 mSv

c) 100 mSv

d) 150 mSv

e) 200 mSv

105 Limita anuală a dozei echivalente la piele, aplicată la valoarea mediată pe 1 cm² din zona cea mai puternic iradiată a pielii, pentru persoanele având vârsta de peste 18 ani care, în timpul pregătirii lor, sunt obligate să utilizeze surse de radiații, în cazul în care nu se depășește limita anuală a dozei efective pentru aceste persoane, este:

a) 50 mSv

b) 100 mSv

c) 200 mSv

d) 300 mSv

e) 500 mSv

106 Limita anuală a dozei echivalente la extremități, mâini și picioare, pentru persoanele având vârsta de peste 18 ani care, în timpul pregătirii lor, sunt obligate să utilizeze surse de radiații, în cazul în care nu se depășește limita anuală a dozei efective pentru aceste persoane, este:

a) 50 mSv

b) 100 mSv

c) 200 mSv

d) 300 mSv

e) 500 mSv

107 Pentru femeile gravide expuse profesional doza efectivă primită de făt trebuie să fie la cel mai scăzut nivel posibil pe toată perioada de graviditate rămasă de la declararea acesteia, fără să depășească:

a) 1 mSv

b) 2 mSv

c) 3 mSv

d) 4 mSv

e) 5 mSv

108 Femeile expuse profesional care alăptează nu trebuie să desfășoare pe perioada alăptării activități care implică:

a) surse radioactive de mare activitate

b) generatori de radiație

c) un risc semnificativ de contaminare corporală

d) instalații nucleare

e) muncă de teren

109 Factorul de ponderare tisulară depinde de:

a) intensitatea radiației

b) mărimea câmpului de radiație

c) tipul și calitatea radiației

d) organul expus

e) timpul de expunere

110 Locurile de muncă în care există posibilitatea unei expuneri la radiații ionizante peste limitele prevăzute de Normele privind cerințele de bază de securitate radiologică NSR-01 pentru populație se clasifică în:

a) zone interzise

- b) zone controlate și zone supravegheate
- c) zone periculoase
- d) zone de excludere
- e) zone de protecție sanitară

111 Pentru fiecare zonă controlată/supravegheată trebuie desemnat, în scris, un:

- a) responsabil de lucrări
- b) responsabil PSI
- c) responsabil cu protecția radiologică
- d) responsabil sindical
- e) responsabil al salariaților

112 Responsabilul cu protecția radiologică trebuie:

- a) să aibă avizul Autorității de Sănătate Publică
- b) să aibă acces la informații secrete
- c) să fie posesor al unui permis de exercitare emis de titularul autorizației
- d) să fie posesor al unui permis de exercitare emis de CNCAN
- e) să primească, prin grija titularului de autorizație, o indemnizație

113 Care din următoarele afirmații privind măsurile minime pe care trebuie să le îndeplinească un titular de autorizație referitor la zona controlată, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică NSR-01, nu este adevărată?

- a) să interzică accesul în zonă
- b) să delimiteze precis zona
- c) să organizeze monitorizarea radiologică a mediului de lucru
- d) să afișeze simbolul pericolului de radiații la intrarea în zonă
- e) să stabilească și implementeze instrucțiuni de lucru adaptate operațiilor efectuate

- 114 Care din următoarele afirmații privind măsurile minime pe care trebuie să le îndeplinească un titular de autorizație referitor la zona controlată, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică NSR-01, *nu* este adevărată?
- a) să controleze accesul în zonă potrivit unor instrucțiuni scrise
 - b) să delimiteze precis zona
 - c) să organizeze monitorizarea radiologică a mediului de lucru
 - d) să afișeze indicații referitoare la tipul zonei, natura surselor și riscurilor pe care acestea le presupun
 - e) să asigure serviciile unui specialist IT
- 115 Accesul și staționarea în zona controlată sunt permise și altor persoane decât celor special atribuite acestuia în următoarele situații prevăzute de Normele privind cerințele de bază de securitate radiologică NSR-01, cu *excepția* uneia; care este aceasta?
- a) prin natura sarcinilor de serviciu trebuie să activeze și în zona controlată
 - b) activitatea în zona controlată este pentru un timp limitat
 - c) există procedură scrisă care stabilește condițiile de intrare și staționare a acestor persoane astfel încât să nu încaseze doze superioare celor permise pentru persoane din populație
 - d) o persoană din cele special desemnate să lucreze în zonă lipsește de la serviciu
 - e) dacă nu există procedură scrisă se poate demonstra prin monitorizare individuală sau alte mijloace adecvate că limitele de doză pentru persoane din populație sunt respectate
- 116 Certificarea zonării propuse de titularul de autorizație, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică NSR-01, este făcută de către:
- a) inspectorul CNCAN din teritoriu
 - b) consilierul sau expertul CNCAN care propune eliberarea autorizației

- c) inspectorul de protecția muncii
- d) expertul în protecție radiologică
- e) inspectorul din cadrul Laboratorului de igiena radiațiilor

117 Persoanele expuse profesional se clasifică în categoria A dacă există o probabilitate semnificativă de a primi o doză efectivă anuală mai mare de:

- a) 2 mSv
- b) 4 mSv
- c) 6 mSv
- d) 8 mSv
- e) 10 mSv

118 Persoanele expuse profesional se clasifică în categoria B dacă există o probabilitate semnificativă de a primi o doză efectivă anuală mai mică de:

- a) 2 mSv
- b) 4 mSv
- c) 6 mSv
- d) 8 mSv
- e) 10 mSv

119 Persoanele expuse profesional se clasifică în categoria A dacă există o probabilitate semnificativă de a primi o doză echivalentă anuală la cristalin mai mare de:

- a) 15 mSv
- b) 30 mSv
- c) 45 mSv
- d) 60 mSv
- e) 90 mSv

- 120 Persoanele expuse profesional se clasifică în categoria A dacă există o probabilitate semnificativă de a primi o doză echivalentă anuală la extremități (mâini și picioare) mai mare de:
- a) 50 mSv
 - b) 75 mSv
 - c) 100 mSv
 - d) 125 mSv
 - e) 150 mSv
- 121 Persoanele expuse profesional se clasifică în categoria B dacă există o probabilitate semnificativă de a primi o doză echivalentă anuală la cristalin mai mică de:
- a) 15 mSv
 - b) 30 mSv
 - c) 45 mSv
 - d) 60 mSv
 - e) 90 mSv
- 122 Persoanele expuse profesional se clasifică în categoria B dacă există o probabilitate semnificativă de a primi o doză echivalentă anuală la extremități (mâini și picioare) mai mică de:
- a) 50 mSv
 - b) 75 mSv
 - c) 100 mSv
 - d) 125 mSv
 - e) 150 mSv
- 123 Titularul de autorizație este obligat, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică (NSR-01), să asigure informarea personalului expus profesional cu privire la cele menționate mai jos, cu o excepție pe care trebuie să o indicați:

- a) riscurile pe care le implică asupra sănătății activitatea desfășurată
 - b) procedurile generale de radioprotecție și măsurile speciale necesare referitoare la activitățile pe care le desfășoară
 - c) importanța respectării măsurilor tehnice, medicale și administrative
 - d) obligația femeilor gravide și a celor care alăptează de a informa în scris, de îndată, titularul de autorizație
 - e) drepturile suplimentare care se cuvin expușilor profesional
- 124 Reciclarea personalului expus profesional, printr-un sistem de pregătire în domeniul securității radiologice recunoscut de CNCAN, este o obligație a titularului de autorizație conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică (NSR-01) și trebuie făcută la intervale care să nu depășească:
- a) 1 an
 - b) 2 ani
 - c) 3 ani
 - d) 4 ani
 - e) 5 ani
- 125 Titularul de autorizație este obligat, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică (NSR-01), să consulte experți în protecție radiologică cu privire la cele menționate mai jos, cu o excepție pe care trebuie să o indicați:
- a) examinarea și testarea dispozitivelor de protecție și instrumentelor de măsurare
 - b) reexaminarea prealabilă a planurilor de instalații din punct de vedere al protecției împotriva radiațiilor ionizante
 - c) recepția punerii în funcțiune a unor surse noi sau modificate de radiații din punct de vedere al protecției împotriva radiațiilor ionizante
 - d) verificarea împământării prizelor
 - e) verificarea sistematică a eficacității dispozitivelor și tehnicilor de protecție

- 126 Consultarea expertului acreditat în protecție radiologică, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică (NSR-01), se face, în principal, pentru cele menționate mai jos, cu o excepție pe care trebuie să o indicați:
- a) examinarea și testarea dispozitivelor de protecție și instrumentelor de măsurare;
 - b) verificarea periodică a programului de protecție la incendiu
 - c) reexaminarea prealabilă a planurilor de instalații din punct de vedere al protecției împotriva radiațiilor ionizante;
 - d) recepția punerii în funcțiune a unor surse noi sau modificate de radiații din punct de vedere al protecției împotriva radiațiilor ionizante;
 - e) calibrarea sistematică a instrumentelor de măsurare și controlul regulat al stării lor de funcționare și a corectitudinii modului în care sunt folosite.
- 127 Sistemul de supraveghere radiologică a mediului de lucru se aprobă, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică (NSR-01), de către:
- a) Ministerul Sănătății Publice
 - b) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
 - c) Autoritatea de Sănătate Publică
 - d) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
 - e) Biroul Român de Metrologie Legală
- 128 Supravegherea radiologică a locului de muncă, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică, trebuie să cuprindă, după caz, cele menționate mai jos, cu o excepție pe care trebuie să o indicați:
- a) măsurarea debitelor dozelor externe, cu indicarea naturii și a calității radiației respective
 - b) măsurarea concentrației activității în aer, cu precizarea radionuclizilor, a naturii acestora și a stării lor fizice și chimice

- c) măsurarea presiunii, temperaturii și umidității atmosferei la locul de muncă
- d) măsurarea contaminării superficiale, cu precizarea radionuclizilor, a naturii acestora și a stării lor fizice și chimice
- e) înregistrarea și păstrarea rezultatelor măsurărilor

129 Consultarea unui expert în protecție radiologică, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică, este obligatorie pentru titularul de autorizație, în cazurile menționate mai jos, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:

- a) pentru îndeplinirea cerințelor privind zonele controlate și supravegheate
- b) pentru identificarea persoanelor pentru care există posibilitatea să sufere o contaminare internă semnificativă
- c) pentru identificarea și evaluarea situațiilor care necesită planuri de protecție la calamități
- d) pentru confirmarea rezultatelor evaluării dozelor rezultate în urma expunerilor accidentale
- e) pentru evaluarea și investigarea supraexpunerilor

130 Sistemul de monitorizare a expunerii la radiații a persoanelor expuse profesional se aprobă, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică de către:

- a) Ministerul Sănătății Publice
- b) Agenția Nucleară
- c) Autoritatea de Sănătate Publică
- d) Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
- e) Biroul Român de Metrologie Legală

- 131 Titularul de autorizație trebuie, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică, să asigure monitorizarea individuală sistematică a:
- a) tuturor persoanelor expuse profesional
 - b) tuturor persoanelor expuse profesional de categoria A
 - c) tuturor persoanelor expuse profesional de categoria B
 - d) tuturor persoanelor care vizitează zona controlată
 - e) tuturor lucrătorilor care cer acest lucru și au aprobarea sindicatului
- 132 Monitorizarea dozimetrică individuală pe care trebuie să o asigure titularul de autorizație, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică, trebuie efectuată prin intermediul:
- a) responsabilului cu securitatea radiologică
 - b) laboratorului de igiena radiațiilor
 - c) unui serviciu dozimetric desemnat ca organism notificat
 - d) unui expert acreditat în protecția radiologică
 - e) unui laborator de dozimetrie individuală
- 133 Monitorizarea individuală a persoanelor expuse profesional de categorie B, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică, are ca scop:
- a) demonstrarea încadrării corecte a lucrătorilor în această categorie
 - b) demonstrarea stării de sănătate a lucrătorilor din această categorie
 - c) demonstrarea justetei sfaturilor date de expertul acreditat în protecție radiologică
 - d) demonstrarea funcționării managementului calității
 - e) demonstrarea respectării regulamentului de lucru de către lucrători

134 Evaluarea dozelor individuale în cazul expunerilor accidentale, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică, trebuie să se facă:

- a) conform programului organismului dozimetric acreditat
- b) lunar, odată cu evaluarea dozelor din expunerile normale
- c) neîntârziat
- d) atunci când decide expertul acreditat în protecție radiologică
- e) la sfârșitul perioadei de un an pentru care se evaluează expunerea

135 Titularul de autorizație trebuie, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică, să asigure înregistrarea rezultatelor monitorizării individuale pentru expunerile menționate mai jos și păstrarea lor, cu *excepția* uneia pe care trebuie să o indicați:

- a) normale
- b) accidentale
- c) medicale
- d) autorizate special
- e) de urgență

136

Titularul de autorizație trebuie, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică, să asigure păstrarea înregistrării rezultatelor monitorizării individuale, după ce persoana respectivă a părăsit lucrul ca expus profesional, o perioadă nu mai mică de:

- a) 10 ani
- b) 15 ani
- c) 20 ani
- d) 25 ani
- e) 30 ani

- 137 În cazul desființării persoanei juridice titulare de autorizație, înregistrările rezultatelor monitorizării individuale, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică, vor fi preluate de:
- a) CNCAN
 - b) Laboratorul de igiena radiațiilor
 - c) Arhivele Naționale
 - d) Registrul Comerțului
 - e) organismul dozimetric acreditat ce a asigurat monitorizarea individuală
- 138 Rezultatele monitorizării individuale a expunerilor autorizate special, a expunerilor accidentale sau de urgență trebuie înregistrate:
- a) separat de cele ale monitorizărilor individuale sistematice
 - b) împreună cu cele ale monitorizărilor individuale sistematice
 - c) numai la organismul dozimetric acreditat
 - d) nu se înregistrează dar se comunică persoanelor expuse
 - e) nu se înregistrează dar se comunică laboratorului de igiena radiațiilor și medicului de medicina muncii care supraveghează persoanele expuse la radiație
- 139 Evidența centralizată a înregistrării dozelor pentru lucrătorii expuși profesional se organizează de către:
- a) Ministerul Sănătății
 - b) Institutul de igienă și sănătate publică București
 - c) CNCAN
 - d) Inspecția de protecția muncii
 - e) Arhivele Naționale
- 140 În caz de expunere accidentală, precum și în cazul oricărui rezultat al monitorizării individuale care depășește limita de doză stabilită în prezentele norme, întreprinderea, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică, va comunica lucrătorului în cauză rezultatele monitorizării individuale și evaluările dozelor:
- a) conform programului organismului dozimetric acreditat

- b) lunar, odată cu evaluarea dozelor din expunerile normale
- c) fără întârziere
- d) atunci când decide expertul acreditat în protecție radiologică
- e) la sfârșitul perioadei de un an pentru care se evaluează expunerea

141 La angajarea unei persoane expuse profesional, titularul de autorizație va solicita, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică, o declarație a acesteia privind:

- a) averea personală
- b) starea de sănătate
- c) dozele primite anterior ca expus profesional
- d) pregătirea în domeniul nuclear
- e) nivelul permisului de exercitare pe care îl deține

142 Transmiterea imediată a rezultatului monitorizării individuale în cazul expunerilor accidentale precum și în cazul constatării oricăror depășiri ale limitelor de doză, la medicul competent, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică, este obligația:

- a) titularului de autorizație
- b) organismului dozimetric acreditat
- c) laboratorului de igiena radiațiilor
- d) persoanei expuse profesional implicate
- e) CNCAN

143 Titularul de autorizație trebuie, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică, să păstreze raportul întocmit ca urmare a investigării unei

expuneri anormale sau a unei supraexpuneri, dacă s-a dovedit cu certitudine că aceasta nu a avut loc, o perioadă de timp *nu* mai mică de:

- a) 1 an
- b) 1,5 ani
- c) 2 ani
- d) 2,5 ani
- e) 3 ani

144 Titularul de autorizație trebuie, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică, ca urmare a investigării unei supraexpuneri, dacă aceasta a avut cu certitudine loc, să întocmească un raport de la data începerii investigației în termen de:

- a) 24 de ore
- b) 5 zile
- c) 7 zile
- d) 30 zile
- e) două săptămâni

145 Titularul de autorizație, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică, de îndată ce bănuiește sau a fost informat că o persoană a suferit o supraexpunere ca urmare a practicilor pentru care este responsabil, are următoarele obligații, cu excepția uneia pe care trebuie să o indicați:

- a) să facă o primă investigație prin care să stabilească o valoare preliminară a dozelor primite
- b) să facă o investigație aprofundată a împrejurărilor în care s-a produs supraexpunerea
- c) să anunțe, fără întârziere, persoana afectată
- d) să notifice imediat CNCAN și medicul competent
- e) să notifice imediat sindicatul sau reprezentantul lucrătorilor

- 146 Supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional se face potrivit reglementărilor emise de:
- a) Ministerul Sănătății Publice
 - b) Institutul de igienă și sănătate publică București
 - c) CNCAN
 - d) Autoritatea de sănătate publică
 - e) Laboratorul de igiena radiațiilor
- 147 Conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică nici un lucrător nu poate fi utilizat ca persoană expusă profesional dacă:
- a) nu este aptă medical pentru postul respectiv
 - b) nu are acordul sindicatului
 - c) nu are acordul inspecției muncii
 - d) nu are acordul familiei
 - e) nu a absolvit un curs de radioprotecție aprobat de CNCAN
- 148 Sistemul de protecție împotriva radiațiilor ionizante, conform Normelor fundamentale de securitate radiologică (NSR-01), implică cel puțin următoarele măsuri, cu excepția uneia pe care trebuie să o indicați:
- a) instituirea unui sistem de drepturi suplimentare pentru expușii profesional
 - b) utilizarea experților acreditați în toate situațiile prevăzute de normă
 - c) respectarea principiilor generale de securitate radiologică
 - d) atribuirea responsabilităților privind securitatea radiologică responsabililor de zonă
 - e) elaborarea și implementarea unui set de documente care să reglementeze desfășurarea practicii

- 149 Titularii de autorizație au obligația de a transmite la cerere rezultatele monitorizării individuale, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică, la:
- a) Autoritatea de Sănătate Publică
 - b) Inspectoratul General al Poliției
 - c) CNCAN
 - d) organizațiile civice neguvernamentale care se ocupă de radioprotecție
 - e) lucrătorului în cauză
- 150 Organismele dozimetrice acreditate trebuie să pună la dispoziție rezultatele monitorizării individuale, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică:
- a) Autorității de Sănătate Publică
 - b) Inspectoratului General al Poliției
 - c) CNCAN
 - d) organizațiilor civice neguvernamentale care se ocupă de radioprotecție
 - e) angajatorului lucrătorului extern ca persoană expusă profesional
- 151 Energia medie cedată de radiația ionizantă unității de masă iradiată se numește doză:
- a) absorbită
 - b) angajată
 - c) de expunere
 - d) echivalentă
 - e) efectivă
- 152 Energia cedată de radiația ionizantă, mediată pe țesut sau organ, ponderată pentru calitatea radiației se numește doză:

- a) absorbită
- b) angajată
- c) de expunere
- d) echivalentă
- e) efectivă

153 Suma dozelor echivalente ponderate cu factorul de ponderare tisulară, provenite din expunerea externă și internă, efectuată pe toate țesuturile și organele corpului se numește doză:

- a) absorbită
- b) angajată
- c) de expunere
- d) evitabilă
- e) efectivă

154 Integrala pe o perioadă de timp a debitului dozei echivalente într-un țesut sau într-un organ al unui organism uman ce va fi primită în urma unei încorporări de substanțe radioactive se numește doză:

- a) absorbită
- b) angajată
- c) echivalentă angajată
- d) echivalentă
- e) efectivă

155 Doza care se preconizează a fi primită în cazul neimplementării acțiunilor planificate de protecție se numește doză:

- a) absorbită
- b) angajată
- c) de expunere
- d) proiectată
- e) efectivă

- 156 Reducerea duratei și a calității vieții în cadrul unei populații ca urmare a expunerii, inclusiv cele cauzate de efectele asupra țesuturilor, cancer și tulburările genetice severe, se numește efect:
- a) ereditar
 - b) stocastic
 - c) negativ asupra sănătății
 - d) de expunere prelungită
 - e) provenind de la particule fierbinți
- 157 Efectele nocive observabile clinic la persoane sau la descendenții acestora, a căror apariție este fie imediată, fie întârziată, în ultimul caz implicând mai curând o probabilitate decât o certitudine a apariției, se numesc efect:
- a) ereditar
 - b) negativ individual
 - c) deterministic
 - d) de expunere prelungită
 - e) provenind de la particule fierbinți
- 158 Expunerea unor persoane, cu excepția lucrătorilor în situații de urgență, ca urmare a unui accident, se numește expunere:
- a) potențială
 - b) nedorită
 - c) acută
 - d) cronică
 - e) accidentală

- 159 Expunerea la care sunt supuși pacienții sau persoanele asimptomatice ca parte a diagnosticării sau a tratamentului medical sau stomatologic efectuat pentru îmbunătățirea sănătății, precum și expunerea la care au fost supuse persoanele implicate în îngrijirea și susținerea pacienților sau voluntarii din cercetarea medicală ori biomedicală, se numește expunere:
- a) evitată
 - b) medicală
 - c) supraexpunere
 - d) cronică
 - e) nedorită
- 160 O expunere care nu survine cu certitudine, dar care poate rezulta dintr-un eveniment sau o serie de evenimente cu caracter probabil, inclusiv ca urmare a deficiențelor echipamentelor sau a erorilor de operare, se numește expunere:
- a) potențială
 - b) supraexpunere
 - c) anormală
 - d) de urgență
 - e) accidentală
- 161 Expunerea la care este supus într-o situație de expunere de urgență un lucrător, se numește expunere:
- a) cronică
 - b) supraexpunere
 - c) anormală
 - d) profesională de urgență
 - e) accidentală

- 162 O expunere susceptibilă de a avea loc în condițiile normale de exploatare a unei instalații sau de desfășurare a unei activități (inclusiv întreținere, inspecție, dezafectare), inclusiv incidente minore care pot fi ținute sub control, se numește expunere:
- a) normală
 - b) nedorită
 - c) anormală
 - d) de urgență
 - e) accidentală
- 163 Denumirea unității de doză absorbită (în SI) este:
- a) rem
 - b) becquerel
 - c) gray
 - d) sievert
 - e) roentgen
- 164 Denumirea unității de doză echivalentă (în SI) este:
- a) curie
 - b) rad
 - c) gray
 - d) sievert
 - e) roentgen
- 165 O situație sau un eveniment excepțional care necesită o intervenție rapidă, pentru a limita consecințele negative grave, sau riscul de apariție a acestora, asupra sănătății și securității ființelor umane, asupra calității vieții, proprietății sau mediului înconjurător, sau orice risc care ar putea genera asemenea consecințe negative grave, se numește:

- a) activitate nucleară
- b) urgență
- c) practică
- d) intervenție
- e) manipulare

166 O persoană salariată, sau care desfășoară activități independente, supusă unei expuneri la locul de muncă cauzată de o practică aflată sub incidența prezentei norme și care poate fi expusă unor doze ce depășesc una dintre limitele de doză stabilite pentru expunerea publică, se numește lucrător:

- a) accidental
- b) de urgență
- c) expus
- d) legal
- e) supraexpusă

167 O persoană competentă din punct de vedere tehnic să supravegheze sau să efectueze punerea în aplicare a măsurilor de protecție radiologică, în ceea ce privește aspectele din domeniul protecției radiologice relevante pentru un anumit tip de practică, se numește:

- a) responsabil administrativ
- b) responsabil cu protecția muncii
- c) responsabil cu protecția radiologică
- d) responsabil cu gestiunea surselor
- e) responsabil cu radioprotecția

168 O expunere care conduce la depășirea uneia din limitele de doză prevăzute de normă, se numește:

- a) potențială

- b) nedorită
- c) supraexpunere
- d) anormală
- e) accidentală

Întrebări de radioprotecție operațională

- 1 Prevederile Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică (NSR - 01) se aplică următoarelor expuneri la radiații ionizante, cu excepția uneia pe care trebuie să o indicați :
 - a) expunerea pacienților ca parte a propriului lor diagnostic sau tratament
 - b) expunerea persoanelor în cadrul programelor de depistare medicală a unor maladii
 - c) expunerea persoanelor sănătoase sau a pacienților care participă voluntar la programele de cercetare medicală sau biomedicală
 - d) expunerea persoanelor în cadrul procedurilor medico legale
 - e) expunerea persoanelor în caz de urgență radiologică

- 2 Prevederile Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică (NSR - 01) se aplică următoarelor expunerii la radiații ionizante, cu excepția uneia pe care trebuie să o indicați :
 - a) expunerea persoanelor care doresc să ajute (în afara profesiei lor) la sprijinul și confortul persoanelor care sunt supuse expunerii medicale
 - b) expunerea persoanelor în cadrul programelor de depistare medicală a unor maladii
 - c) expunerea persoanelor care operează aparatele de rontgendiagnostic
 - d) expunerea persoanelor în cadrul procedurilor medico legale
 - e) expunerea în cadrul supravegherii medicale a persoanelor expuse profesional

- 3 Care din expunerile la radiații ionizante menționate *nu* face parte din expunerea medicală?
- a) expunerea persoanelor care doresc să ajute (în afara profesiei lor) la sprijinul și confortul persoanelor care sunt supuse expunerii medicale
 - b) expunerea persoanelor în cadrul programelor de depistare medicală a unor maladii
 - c) expunerea persoanelor care operează aparatele de rontgenterapie
 - d) expunerea persoanelor în cadrul procedurilor medico legale
 - e) expunerea în cadrul supravegherii medicale a persoanelor expuse profesional
- 4 O expunere medicală este justificată dacă:
- a) procedura respectivă este puțin costisitoare
 - b) prezintă un beneficiu net suficient (din compararea beneficiilor obținute cu detrimentul provocat)
 - c) este o alternativă la o procedură mai veche
 - d) se realizează cu echipamente medicale autorizate
 - e) este solicitată de pacient
- 5 O expunere medicală este justificată dacă:
- a) se realizează în scopul cercetării unei noi proceduri de tratament
 - b) prezintă un beneficiu net suficient (din compararea beneficiilor obținute cu detrimentul provocat)
 - c) este o alternativă la o procedură mai veche
 - d) se realizează cu echipamente medicale autorizate
 - e) este solicitată de pacient
- 6 Justificarea, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică (NSR - 01), este obligatorie:
- a) la cumpărarea unui aparat nou
 - b) la înlocuirea unui aparat vechi
 - c) la repararea unui aparat

- d) la introducerea unei practici noi
 - e) la stabilirea bugetului spitalului
- 7 Dacă un tip de practică implicând expunere medicală nu este justificată, o expunere individuală determinată de acest tip de practică:
- a) este interzisă
 - b) poate fi justificată în condiții particulare
 - c) poate fi aprobată de directorul medical
 - d) poate fi cerută de pacient
 - e) poate fi decisă de autoritatea competentă
- 8 Toate expunerile medicale individuale la radiații ionizante trebuie să fie în prealabil justificate, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică (NSR 01), ținând cont de:
- a) dorința pacientului
 - b) dotarea cu aparatură a spitalului
 - c) constrângerile impuse de Laboratorul de igiena radiațiilor
 - d) costurile implicate de procedură
 - e) obiectivele specifice ale expunerii și de caracteristicile individului implicat
- 9 Responsabil pentru evitarea expunerii inutile la radiații ionizante a pacientului, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică (NSR - 01), este:
- a) responsabilul cu protecția radiologică
 - b) titularul de autorizație
 - c) firma care asigură service-ul instalațiilor
 - d) medicul abilitat să facă trimiteri și practicianul

e) tehnicianul radiolog

10 Expunerile medicale la radiații ionizante pentru cercetarea medicală și biomedicală trebuie, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică (NSR - 01), să fie examinate de către:

- a) CNCAN
- b) Laboratorul de igiena radiațiilor
- c) un comitet de etică
- d) titularul de autorizație
- e) practician

11 Decizia finală, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică (NSR - 01), privind expunerea unei persoane pentru sprijinirea unui bolnav supus unei proceduri de expunere revine:

- a) persoanei respective
- b) practicianului
- c) responsabilului cu protecția radiologică
- d) șefului de secție
- e) directorului medical

12 Optimizarea expunerilor medicale pentru diagnostic, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică (NSR - 01), are ca scop:

- a) reducerea expunerilor repetate din cauza erorilor de manipulare
- b) menținerea la un nivel cât mai scăzut a dozelor, rezonabil posibil, compatibil cu obținerea informației de diagnostic urmărite, luând în considerare factori sociali și economici
- c) obținerea celui mai scăzut nivel de expunere pentru pacient

- d) obținerea celui mai scăzut nivel de expunere pentru operatori
 - e) reducerea expunerii totale a populației
- 13 Procesul de optimizare în expunerea medicală, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică (NSR - 01), implică următoarele aspecte, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) alegerea echipamentului
 - b) obținerea unei informații de diagnostic adecvate
 - c) controlul calității
 - d) stabilirea și evaluarea dozelor la pacient
 - e) costul procedurii
- 14 Nivelurile de referință în diagnostic nu constituie, conform Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică - NSR-01, un set de niveluri pentru:
- a) expuneri individuale
 - b) o procedură standard
 - c) grupuri de pacienți cu dimensiuni standard
 - d) o fantomă standard
 - e) o anumită practică radiologică
- 15 Criteriile de acceptabilitate a instalațiilor radiologice, conform Normelor privind radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiații ionizante (NSR - 04), nu se aplică instalațiilor radiologice:
- a) digitale
 - b) de radiologie convențională
 - c) de radiologie dentară

- d) de tomografie computerizată
 - e) de medicină nucleară
- 16 Criteriile de acceptabilitate a instalațiilor radiologice, conform Normelor privind radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiații ionizante (NSR - 04), sunt cerințe minimale de funcționare care, dacă nu sunt satisfăcute duc la:
- a) oprirea imediată a instalației
 - b) casarea instalației
 - c) notificarea imediată la CNCAN
 - d) luarea de măsuri corective urgente
 - e) schimbarea sistemului de control al calității
- 17 Criteriul de acceptabilitate pentru ansamblul tub - cupolă, conform Normelor privind radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiații ionizante (NSR - 04), este ca mărimea radiației de fugă măsurată la 1m de focar, la debitul maxim al tubului, să nu fie mai mare de:
- a) 100 $\mu\text{Gy/h}$
 - b) 500 $\mu\text{Gy/h}$
 - c) 1 mGy/h
 - d) 10 mGy/h
 - e) 20 mGy/h
- 18 Criteriul de acceptabilitate pentru monoblocul dentar, conform Normelor privind radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiații ionizante (NSR - 04), este ca tensiunea tubului Rx să fie cel puțin:
- a) 40 kVp
 - b) 45 kVp
 - c) 50 kVp
 - d) 55 kVp
 - e) 60 kVp
- 19 Criteriul de acceptabilitate pentru distanța focar piele la echipamente de rontgendiagnostic dentar cu tensiuni selectabile peste 60 kVp, conform Normelor privind

radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiații ionizante (NSR - 04), este ca aceasta să fie cel puțin egală cu:

- a) 10 cm
- b) 15 cm
- c) 20 cm
- d) 25 cm
- e) 30 cm

20 Criteriul de acceptabilitate pentru distanța focar piele la echipamente de rontgendiagnostic dentar cu tensiuni sub 60 kVp, conform Normelor privind radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiații ionizante (NSR - 04), este ca aceasta să fie cel puțin egală cu:

- a) 10 cm
- b) 15 cm
- c) 20 cm
- d) 25 cm
- e) 30 cm

21 Aproximarea valorii măsurate a unei mărimi față de valoarea reală, exprimată în procente din raportul diferenței dintre valoarea măsurată și valoarea reală la valoarea reală, se numește:

- a) precizie
- b) variație
- c) eroare relativă
- d) exactitate
- e) abatere standard

22 Ansamblul de caracteristici și atitudini ale organizațiilor și ale persoanelor, care stabilește ca primă prioritate că problemelor de radioprotecție și de securitate trebuie să li se acorde atenția garantată prin importanța lor, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională (NSR 11), se numește:

- a) securitate nucleară
- b) securitate radiologică

- c) cultură de securitate
 - d) cultură radiologică
 - e) radioprotecție
- 23 Evaluarea de securitate, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională (NSR 11), constă în efectuarea următoarelor analize, cu excepția uneia pe care trebuie să o indicați:
- a) analiza aspectelor financiare
 - b) analiza prevederilor pentru protecție și securitate stabilite la proiectarea instalației radiologice
 - c) analiza prevederilor pentru protecție și securitate stabilite la utilizarea și manipularea instalației radiologice
 - d) analiza riscurilor asociate cu condițiile normale de lucru
 - e) analiza riscurilor asociate cu situațiile de accident
- 24 Responsabilitatea principală pentru aplicarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11 o are titularul de autorizație sau certificat de înregistrare prin:
- a) responsabilul cu protecția radiologică
 - b) responsabilul cu securitatea muncii
 - c) expertul acreditat în radioprotecție
 - d) persoana împuternicită să reprezinte persoana legal constituită
 - e) expertul în fizica medicală
- 25 Evidența documentată a pregătirii generale și de specialitate a personalului cu responsabilități pe care trebuie să o mențină titularul de autorizație, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, cuprinde copii ale documentelor care să ateste cele menționate, cu *excepția* uneia pe care trebuie să o indicați:
- a) grad relevant profesiei emis de autoritatea competentă în educație
 - b) gradul militar
 - c) acreditarea cerută pentru a-și exercita profesia

- d) absolvirea unui curs de radioprotecție
 - e) pregătirea la locul de muncă
- 26 Pentru personalul expus profesional la radiație ionizantă, care nu posedă permis de exercitare emis de CNCAN, va trebui să se elibereze, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, permis de exercitare nivel I de către:
- a) titularul de autorizație
 - b) responsabilul cu protecția radiologică
 - c) expertul acreditat în protecția radiologică
 - d) expertul în fizica medicală
 - e) șeful de laborator de radiologie
- 27 Programul de radioprotecție pe care trebuie să îl dezvolte, implementeze și documenteze titularul de autorizație, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, are următoarele caracteristici, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) este proporțional cu natura și mărimea riscurilor asociate practicii de radiologie
 - b) este sub responsabilitatea titularului
 - c) este elaborat de expertul acreditat în protecția radiologică
 - d) este elaborat pentru toate fazele practicii - amplasare, construire, utilizare, dezafectare
 - e) asigură conformitatea cu cerințele normelor
- 28 Responsabilul cu protecția radiologică pentru fiecare zonă controlată este numit, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, în scris, de către:
- a) CNCAN
 - b) titularul de autorizație
 - c) expertul acreditat în protecția radiologică
 - d) șeful de laborator de radiologie
 - e) expertul în fizica medicală

- 29 Se consideră că titularul de autorizație sau de certificat de înregistrare își asigură serviciile unui expert acreditat în protecția radiologică, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, dacă:
- a) numele acestuia este comunicat CNCAN
 - b) numele acestuia este menționat pe anexa la autorizație
 - c) numele acestuia apare pe site-ul CNCAN
 - d) este într-o relație contractuală legală cu el
 - e) este numit prin decizie a persoanei responsabile
- 30 Programul de asigurare a calității pe care trebuie să îl dezvolte, implementeze și documenteze titularul de autorizație, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, trebuie:
- a) să fie proporțional cu natura și mărimea riscurilor asociate practicii de radiologie
 - b) să fie certificat de Laboratorul de igiena radiațiilor
 - c) să fie elaborat de un organism agreat
 - d) să fie certificat de un organism de certificare
 - e) să fie elaborat de persoane certificate
- 31 Printre responsabilitățile care pot fi atribuite expertului acreditat în protecție radiologică, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, sunt cele enumerate mai jos, cu *excepția* uneia pe care trebuie să o indicați:
- a) aprobarea aspectelor operaționale ale programului de radioprotecție
 - b) identificarea necesităților de pregătire a personalului
 - c) identificarea neconformităților la programul de radioprotecție
 - d) identificarea resurselor financiare pentru implementarea programului de radioprotecție
 - e) cooperarea cu inspectorii CNCAN

- 32 Printre responsabilitățile care pot fi atribuite responsabilului cu protecția radiologică, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, sunt cele enumerate mai jos, cu *excepția* uneia pe care trebuie să o indicați:
- a) să stabilească aspectele operaționale ale programului de radioprotecție
 - b) să asigure întocmirea și aplicarea planului de urgență radiologică
 - c) să asigure verificarea periodică a instalațiilor radiologice
 - d) să întocmească și să revizuiască periodic procedurile de lucru și regulile locale
 - e) să aprobe procedurile după care se realizează controlul calității
- 33 Printre responsabilitățile care pot fi atribuite responsabilului cu protecția radiologică, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, sunt cele enumerate mai jos, cu *excepția* uneia pe care trebuie să o indicați:
- a) să aprobe procedurile după care se realizează controlul calității
 - b) să asigure respectarea condițiilor impuse la autorizare
 - c) să asigure cunoașterea de către operatori a manualelor de utilizare a instalațiilor radiologice
 - d) să conducă ancheta în caz de depășire a nivelului de investigare
 - e) să participe la achiziționarea instalațiilor radiologice
- 34 Printre responsabilitățile atribuite practicianului medical-radiologul, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, sunt cele enumerate mai jos, cu *excepția* uneia pe care trebuie să o indicați:
- a) să aprobe procedurile după care se realizează controlul calității
 - b) să asigure protecția generală și securitatea pacientului
 - c) să justifice procedurile de diagnostic și intervenționale
 - d) să acorde consultația și evaluarea clinică a pacientului
 - e) să controleze regulat tehnicile și procedurile

- 35 Printre informațiile pe care trebuie să le primească personalul, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, sunt cele enumerate mai jos, cu *excepția* uneia pe care trebuie să o indicați:
- a) condițiile impuse la autorizare
 - b) modul de utilizare a instalațiilor
 - c) instrucțiunile pe care trebuie să le furnizeze pacienților
 - d) procedurile de control al calității
 - e) costul unei proceduri
- 36 Printre informațiile pe care trebuie să le primească personalul, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, sunt cele enumerate mai jos, cu *excepția* uneia pe care trebuie să o indicați:
- a) condițiile impuse la autorizare
 - b) modul de utilizare a instalațiilor
 - c) instrucțiunile pe care trebuie să le furnizeze pacienților
 - d) costul unei proceduri
 - e) politicile și procedurile de radioprotecție ale instituției
- 37 Casarea unei instalații radiologice, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, se notifică la:
- a) Autoritatea de sănătate publică
 - b) CNCAN
 - c) forul tutelar
 - d) firma care asigură service-ul instalațiilor
 - e) firmei care colectează deșeurile
- 38 Instalațiile radiologice utilizate în radiologia dentară trebuie, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională (NSR - 11), să fie verificate tehnic, pentru confirmarea încadrării în parametrii tehnici nominali, cel puțin odată pe:
- a) zi
 - b) lună

- c) trimestru
 - d) semestru
 - e) an
- 39 Documentația tehnică pentru autorizarea practicii de radiologie, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, trebuie să conțină, printre altele:
- a) o declarație privind veniturile instituției
 - b) o declarație privind bugetul laboratorului de radiologie
 - c) o declarație din care să rezulte că numai practicienii medicali cu calificare în radioprotecție decid o expunere medicală cu o instalație radiologică
 - d) o declarație de respectare a secretului de serviciu
 - e) o fotografie a instalației radiologice
- 40 În expunerile medicale, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, se vor utiliza numai instalații radiologice care:
- a) au Certificat de înregistrare ca dispozitiv medical eliberat de Ministerul Sănătății Publice
 - b) au marcaj CE
 - c) au autorizație sanitară
 - d) au aprobare de model eliberată de Biroul de metrologie legală
 - e) au fost fabricate în sistem de asigurare a calității
- 41 O cameră de expunere mai mare este recomandată pentru motivele enumerate mai jos, mai puțin unul pe care trebuie să-l indicați:
- a) este mai luminoasă
 - b) permite accesul mai ușor al pacienților în cărucior sau pe targă
 - c) reduce expunerea populației
 - d) reduce expunerea personalului
 - e) permite poziționarea și o deplasare ușoară a pacientului în timpul procedurii

- 42 Respectarea suprafeței minime a camerei de expunere recomandate de fabricantul aparatului este, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, o cerință:
- a) maximală
 - b) minimală
 - c) de dorit
 - d) recomandabilă
 - e) orientativă
- 43 Dacă camera de expunere propusă de utilizator nu este suficient de mare, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11:
- a) se poate reduce din funcționalitatea aparatului pentru a se încadra în spațiu
 - b) se poate renunța la unele anexe
 - c) se poate limita valoarea unor parametrii
 - d) nu se justifică limitarea capacităților tehnice ale instalației
 - e) se poate renunța la unele proceduri care necesitau un spațiu mai generos
- 44 Pentru instalația de radiologie dentară intraorală cu tensiunea de maximum 70 kV, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională (NSR - 11), suprafața încăperii va fi de cel puțin:
- a) 6 mp
 - b) 9,5 mp
 - c) 10,5 mp
 - d) 11,5 mp
 - e) 16 mp
- 45 Pentru două instalații de radiologie dentară intraorală amplasate în aceeași încăpere, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională (NSR - 11), suprafața încăperii va fi de cel puțin:
- a) 6 mp
 - b) 9,5 mp

- c) 10,5 mp
 - d) 11,5 mp
 - e) 16 mp
- 46 Pentru instalațiile de radiologie dentară panoramică, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională (NSR - 11), suprafața încăperii nu va fi mai mică de:
- a) 10 mp
 - b) 16 mp
 - c) 20 mp
 - d) 24 mp
 - e) 30 mp
- 47 Legătura cu pacientul supus expunerii în scop de diagnostic trebuie, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, să fie realizată:
- a) numai vizual
 - b) numai oral
 - c) numai prin contact direct
 - d) vizual și oral
 - e) numai prin cameră video
- 48 Simbolul "Pericol de radiații ionizante" se va afișa, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, la:
- a) fiecare intrare în camera Rx
 - b) fiecare intrare în laboratorul de rontgendiagnostic
 - c) fiecare intrare în cabinetele stomatologice în care se găsește un aparat radiologic dentar intraoral
 - d) intrarea în camera de comandă
 - e) intrarea în camera obscură

- 49 Eticheta cu inscripția “zonă controlată” se va afișa, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, la:
- a) fiecare intrare în camera Rx
 - b) fiecare intrare în laboratorul de rontgendiagnostic
 - c) fiecare intrare în cabinetele stomatologice în care se găsește un aparat radiologic dentar intraoral
 - d) intrarea în camera de comandă
 - e) intrarea în spațiul de sterilizare
- 50 Un avertizor luminos, care va lumina continuu sau intermitent când instalația radiologică este în funcțiune, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, se va plasa la intrarea în camera în care se găsește un:
- a) post de grafie
 - b) CT
 - c) aparat radiologic dentar intraoral
 - d) mamograf
 - e) aparat radiologic dentar panoramic
- 51 La proiectarea laboratoarelor de rontgendiagnostic, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, constrângerea de debit de doză în spațiile în care persoanele din populație pot avea acces este de:
- a) 0,5 mSv/an
 - b) 1 mSv/an
 - c) 1,5 mSv/an
 - d) 2 mSv/an
 - e) 2,5 mSv/an
- 52 Ecranele, altele decât pereții camerei de expunere, vor fi proiectate, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, astfel încât debitul dozei în spațiul protejat să nu depășească:

- a) 10 microsieverti pe oră
 - b) 15 microsieverti pe oră
 - c) 20 microsieverti pe oră
 - d) 25 microsieverti pe oră
 - e) 30 microsieverti pe oră
- 53 Printre ipotezele recomandate a fi luate în considerare la proiectarea ecranării unei instalații radiologice, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, sunt cele enumerate mai jos, cu *excepția* uneia pe care trebuie să o indicați:
- a) atenuarea radiației de către pacient și receptorul de imagine nu se ia în calcul
 - b) radiația de fugă este luată la valoarea maximă
 - c) personalul staționează în locurile cele mai expuse
 - d) personalul poartă echipamentul individual de protecție la radiație
 - e) distanța dintre personal și sursa de radiație este tot timpul minimă
- 54 Printre ipotezele recomandate a fi luate în considerare la proiectarea ecranării unei instalații radiologice, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, sunt cele enumerate mai jos, cu *excepția* uneia pe care trebuie să o indicați:
- a) atenuarea radiației de către pacient și receptorul de imagine nu se ia în calcul
 - b) personalul poartă echipamentul individual de protecție la radiație
 - c) personalul staționează în locurile cele mai expuse
 - d) sarcina instalației este supraestimată
 - e) distanța dintre personal și sursa de radiație este tot timpul minimă
- 55 Proiectarea generală a laboratorului de radiologie, inclusiv calculele de radioprotecție, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, trebuie să fie expertizate de un:
- a) expert acreditat în construcții
 - b) expert acreditat în protecție radiologică
 - c) expert în fizica medicală

- d) medic specializat în igiena radiațiilor
 - e) medic primar radiolog
- 56 Titularul de autorizație trebuie să asigure că toate operațiile de manipulare menționate sunt efectuate numai de o unitate autorizată de CNCAN, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, cu *excepția* uneia pe care trebuie să o indicați:
- a) instalare - montare
 - b) reparare
 - c) service
 - d) verificare
 - e) transport
- 57 Titularul de autorizație trebuie să asigure că toate operațiile de manipulare: instalare-montare, reparare, service, verificare, întreținere, dezmembrare/dezafectare ale instalațiilor radiologice, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, sunt efectuate numai de o unitate autorizată de către:
- a) fabricantul instalației
 - b) reprezentantul legal al producătorului în UE
 - c) CNCAN
 - d) Ministerul Sănătății Publice
 - e) un organism de certificare recunoscut de UE
- 58 Titularul de autorizație trebuie să păstreze fișa tehnică a instalației radiologice, care va conține date privind toate operațiile de manipulare efectuate, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, pe durata:
- a) valabilității autorizației
 - b) de viață estimată de fabricant
 - c) de garanție
 - d) de viață a instalației, până la casare
 - e) contractului de service

- 59 Buletinele de verificare inițială, periodică și după fiecare intervenție asupra instalației radiologice, se vor păstra de titularul de autorizație, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, pentru:
- a) documentarea situației instalației
 - b) a fi prezentate la inspecții
 - c) a fi prezentate fabricantului
 - d) a fi prezentate firmei de service
 - e) a fi prezentate organismului de certificare
- 60 Verificările zilnice, săptămânale și lunare ale instalației radiologice efectuate conform instrucțiunilor producătorului sunt executate, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, de către:
- a) fizicianul medical
 - b) responsabilul cu securitatea radiologică
 - c) reprezentantul firmei de service
 - d) operatorul instalației
 - e) expertul în radioprotecție
- 61 Înregistrările verificărilor zilnice, săptămânale și lunare ale instalației radiologice se vor păstra pentru control, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, pe durata a cel puțin:
- a) 1 an
 - b) 2 ani
 - c) 3 ani
 - d) 4 ani
 - e) 5 ani
- 62 Programul de asigurarea calității al unității autorizate pentru activitatea de manipulare trebuie, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, să includă procedurile de manipulare următoare, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:

- a) instalare - montare
 - b) reparare
 - c) service
 - d) verificare
 - e) transport
- 63 Vor fi arhivate ca parte a programului de asigurarea calității, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, următoarele rapoarte și verificări, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) rapoartele de service
 - b) înregistrările aferente intervențiilor la aparat
 - c) verificările periodice
 - d) verificările inspectorilor de igiena radiațiilor
 - e) verificările după reparații
- 64 Într-un laborator de radiologie, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, se consideră zonă controlată toate camerele:
- a) în care sunt montate aparate de rontgendiagnostic
 - b) laboratorului de radiologie
 - c) laboratorului de radiologie, mai puțin grupurile sociale
 - d) laboratorului de radiologie, mai puțin zonele de așteptare a pacienților
 - e) laboratorului de radiologie, mai puțin cabinetul medical și arhiva
- 65 Spațiile imediat vecine zonei controlate dintr-un laborator de radiologie, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, sunt considerate:
- a) zonă supravegheată
 - b) zonă cu acces limitat
 - c) zonă cu risc semnificativ de expunere
 - d) spații publice
 - e) spații de siguranță

- 66 Ușile camerelor de expunere trebuie, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, în timpul procedurilor de radiologie, să fie:
- a) încuiate
 - b) închise
 - c) întredeschise pentru comunicarea cu pacientul
 - d) asigurate
 - e) observate de operator pentru a împiedica intrarea unor persoane străine
- 67 Titularul de autorizație trebuie, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, să întreprindă următoarele acțiuni, cu *excepția* uneia pe care trebuie să o indicați:
- a) să stabilească proceduri și reguli locale scrise privind radioprotecția și securitatea radiologică
 - b) să stabilească niveluri de investigare și proceduri de urmat
 - c) să facă cunoscute lucrătorilor procedurile și regulile
 - d) să ia toate măsurile rezonabile pentru respectarea procedurilor și regulilor
 - e) să facă asigurări de viață pentru expușii profesional
- 68 Necesarul de echipament individual de protecție pentru personalul unui laborator de rontgendiagnostic se stabilește, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, de către:
- a) directorul medical
 - b) fizicianul medical
 - c) responsabilul cu protecția radiologică
 - d) șeful de laborator
 - e) expertul acreditat în protecția radiologică
- 69 Sistemul de monitorizare a expunerii la radiații a persoanelor expuse profesional se aprobă, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, de către:

- a) responsabilul cu protecția radiologică
 - b) expertul în fizica medicală
 - c) expertul acreditat în protecția radiologică
 - d) Autoritatea de Sănătate Publică
 - e) CNCAN
- 70 Pierderea unui dozimetru individual se va raporta, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, la:
- a) CNCAN
 - b) organismul dozimetric acreditat
 - c) laboratorul de igiena radiațiilor
 - d) secția de poliție de care aparține instituția
 - e) Autoritatea de Sănătate Publică
- 71 Monitorizarea radiologică a mediului de muncă, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, este obligația:
- a) inspectorilor de igiena radiațiilor
 - b) inspectorilor CNCAN
 - c) inspectorilor de protecția muncii
 - d) lucrătorilor organismelor acreditate
 - e) titularului de autorizație
- 72 Punctele de măsurare pentru monitorizarea mediului de lucru se stabilesc și se aprobă, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, de către:
- a) responsabilul cu protecția radiologică
 - b) expertul în fizica medicală
 - c) expertul acreditat în radioprotecție
 - d) CNCAN

e) Autoritatea de Sănătate Publică

- 73 Periodicitatea măsurărilor pentru monitorizarea mediului de lucru este, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, de regulă, de:
- a) o săptămână
 - b) o lună
 - c) două luni
 - d) trei luni
 - e) patru luni
- 74 Nivelul de investigare pentru doza individuală lunară trebuie să fie stabilit, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, la o valoare care să nu depășească:
- a) 0,1 mSv
 - b) 0,2 mSv
 - c) 0,3 mSv
 - d) 0,4 mSv
 - e) 0,5 mSv
- 75 Titularul de autorizație trebuie să efectueze o investigație, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, ori de câte ori apare una din situațiile menționate, cu *excepția* uneia pe care trebuie să o indicați:
- a) o doză efectivă individuală a depășit nivelul de investigare
 - b) o doză efectivă individuală a depășit nivelul pentru persoane din populație
 - c) orice parametru operațional legat de protecție și securitate a depășit domeniul normal stabilit pentru condițiile de funcționare
 - d) s-a produs o defectare a instalației radiologice, accident sever sau eroare, care cauzează, sau are potențialul să cauzeze, o doză care depășește limita de doză anuală

- e) orice eveniment sau circumstanță care cauzează, sau are potențialul să cauzeze, o doză care depășește limita de doză anuală sau restricții operaționale impuse instalației radiologice
- 76 Raportul scris care se întocmește și se arhivează după fiecare investigație, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, va conține următoarele informații, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) cauzele care au determinat evenimentul
 - b) dozele primite
 - c) costul determinat de eveniment
 - d) acțiunile corective luate
 - e) recomandări pentru evitarea unor astfel de situații în viitor
- 77 Titularul de autorizație trebuie, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, să asigure pentru persoanele expuse profesional la radiații ionizante următoarele, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) supravegherea dozimetrică individuală
 - b) supravegherea medicală
 - c) supravegherea polițienească
 - d) echipamentul individual de protecție
 - e) informarea cu privire la riscurile de la locul de muncă
- 78 Evaluarea de securitate pe care trebuie să o efectueze titularul de autorizație, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, în fazele de amplasare, construire și utilizare va conține următoarele, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) analiza critică sistematică pentru identificarea evenimentelor posibile care conduc la expuneri accidentale
 - b) analiza costurilor
 - c) anticiparea unor evenimente care nu au mai fost raportate
 - d) analizarea independentă de către un expert acreditat
 - e) revizuirea acesteia ori de câte ori este necesar

- 79 Titularul de autorizație trebuie să informeze CNCAN, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, despre orice eveniment care a condus la o expunere accidentală în termen de:
- a) o oră
 - b) o zi
 - c) cinci zile
 - d) zece zile
 - e) două săptămâni
- 80 Care din următoarele mențiuni nu face parte, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, din planul de urgență?
- a) incidente și accidente previzibile și măsurile corective
 - b) intervenția în caz de calamitate
 - c) dotarea cu echipament de protecție și instrumente de măsurare
 - d) persoanele responsabile cu acțiunile corective
 - e) intervenția în caz de crah financiar
- 81 Obligația de a asigura protecția și securitatea generală a pacientului, atât la prescriere cât și în timpul efectuării expunerii, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, o are:
- a) fizicianul medical
 - b) expertul acreditat în radioprotecție
 - c) practicianul medical
 - d) responsabilul cu protecția radiologică
 - e) operatorul instalației
- 82 Justificarea unei expuneri medicale, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, trebuie să o facă:

- a) fizicianul medical
 - b) expertul acreditat în radioprotecție
 - c) practicianul medical
 - d) responsabilul cu protecția radiologică
 - e) operatorul instalației
- 83 Obligația de a asigura înregistrarea pacienților examinați zilnic și a parametrilor utilizați pentru examinare, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, o are:
- a) fizicianul medical
 - b) expertul acreditat în radioprotecție
 - c) operatorul instalației
 - d) responsabilul cu protecția radiologică
 - e) practicianul medical
- 84 În timpul efectuării radiografiei operatorul trebuie să stea întotdeauna în afara camerei de expunere, la pupitrul de comandă, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, în cazul aparatelor de rontgendiagnostic:
- a) mobile
 - b) fixe de radiologie generală
 - c) dentar
 - d) mamografic
 - e) osteodensitometric
- 85 Metodele de reducere a dozelor la pacient, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, sunt:
- a) recomandate în orice situație, reducerea dozei la pacient fiind primordială
 - b) recomandate numai în anumite proceduri stabilite de practician
 - c) recomandate numai dacă nu se pierde din calitatea informației de diagnostic

- d) numai cele încorporate de fabricant în aparat
 - e) impuse de laboratoarele de igiena radiațiilor
- 86 Care din următoarele afirmații privind obligația titularului de autorizație referitoare la instalațiile radiologice de a menține inventarul strict, la zi, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, nu este adevărată?
- a) al intrărilor
 - b) al ieșirilor
 - c) al costului
 - d) al circulației
 - e) al utilizării
- 87 Care din următoarele afirmații privind obligația titularului de autorizație de a menține înregistrări privind cele menționate, conform Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională - NSR 11, nu este adevărată?
- a) evidența persoanelor cu responsabilități
 - b) evidența personalului expus profesional la radiație
 - c) evidența monitorizării individuale
 - d) evidența costurilor fiecărei proceduri
 - e) evidența supravegherii medicale a personalului expus profesional la radiație
- 88 Doza letală 50% (LD_{50}) în radiobiologie este doza care distruge:
- a) 50% din celulele expuse
 - b) 50 de celule
 - c) în decurs de 50 de zile toate celulele expuse
 - d) e^{-50} din toate celulele expuse
 - e) $e/50$ din toate celulele expuse
- 89 Stagiul de diviziune celulară cel mai sensibil la radiație este:
- a) profaza

- b) metafaza
 - c) anafaza
 - d) telofaza
 - e) interfaza
- 90 Care celule sunt considerate ca fiind cel mai puțin sensibile la radiație?
- a) celulele măduvei osoase
 - b) celule neuronale
 - c) țesuturi limfatice
 - d) celule seminale
 - e) celule ale pielii
- 91 Care din următoarele acțiuni care apar la interacția radiației ionizante cu țesuturile *nu este adevărată*?
- a) acțiunea indirectă cauzează cele mai multe detrimente biologice
 - b) ionii pot fi disociați în radicali liberi
 - c) ținta principală este ADN-ul celular
 - d) poate produce aberații cromozomiale
 - e) acțiunea directă este mai frecventă decât acțiunea indirectă
- 92 Transferul liniar de energie a radiației X este:
- a) mai mare decât transferul liniar de energie pentru particule alfa
 - b) între 0,3 și 3 keV/μm
 - c) independent de eficacitatea biologică relativă
 - d) independent de substanța traversată
 - e) un prag la energii mici
- 93 Factorul de ponderare pentru radiație (w_R) este:
- a) utilizat la transformarea sievert în gray
 - b) independent de masa particulei

- c) independent de sarcina particulei
 - d) crescut pentru radiația cu transfer liniar de energie mare
 - e) crescut pentru organele sensibile
- 94 Doza echivalentă este ca valoare mai mare decât doza absorbită pentru:
- a) radiația X
 - b) radiația gama
 - c) electroni
 - d) pozitroni
 - e) neutroni
- 95 Expunerea la radiația X de 1 mGy poate duce, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați, la o:
- a) doză absorbită în țesut de 1 mGy
 - b) doză absorbită în os de 4 mGy
 - c) doză echivalentă în țesut de 1 mSv
 - d) doză echivalentă în os de 1 mSv
 - e) moarte neglijabilă a celulelor
- 96 Doza de radiație absorbită pentru inducerea cataractei *nu* este:
- a) 2 Gy pentru o expunere acută
 - b) 5 Gy pentru o expunere cronică
 - c) aceiași pentru neutroni și pentru radiația X
 - d) aceiași pentru radiațiile X și gama
 - e) dependentă de sex
- 97 Efectele stocastice ale radiației:
- a) includ carcinogeneza
 - b) au un prag de 50 mSv/an
 - c) au o severitate dependentă de doză

- d) implică moartea celulelor
 - e) pot fi recunoscute ca fiind produse de radiație
- 98 Studiul cărui grup de populație din cele enumerate nu a pus în evidență cancere radioinduse?
- a) pacienți supuși la terapie cu radiație
 - b) pacienți supuși la scopia toracelui pentru depistarea tuberculozei
 - c) vopsitorii cadranelor de aparate cu radium
 - d) minerii din minele de uraniu
 - e) supraviețuitorii bombardamentului atomic de la Hiroșima
- 99 Care din următoarele organizații nu se ocupă cu estimarea riscului datorat expunerii la radiație?
- a) ICRP- International Commission on Radiation Protection
 - b) UNSCEAR- United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation
 - c) IAEA - International Atomic Energy Agency
 - d) ICRU - International Commission on Radiation Units and Measurements
 - e) IRPA - International Radiation Protection Association
- 100 Cu ajutorul cărui grup de indivizi iradiați s-au demonstrat efectele genetice ale radiației?
- a) supraviețuitorii bombardamentelor atomice
 - b) pacienții supuși radioterapiei
 - c) minerii din mineritul uranifer
 - d) pacienții tratați cu ^{131}I
 - e) nu sunt date suficiente pentru niciun grup uman
- 101 Când este cel mai probabil să apară malformații mari ca urmare a iradierii cu radiație X?
- a) la faza de preimplantare
 - b) în timpul organogenezei timpurii
 - c) în timpul organogenezei târzii

- d) în perioada fetală timpurie
 - e) în perioada fetală târzie
- 102 Ce doză “prag” la embrion/făt corespunde la un risc datorat radiației mai mic decât riscul suportat în mod normal în timpul sarcinii?
- a) mai puțin de 10 mGy
 - b) 10 mGy
 - c) 30 mGy
 - d) 100 mGy
 - e) mai mult de 100 mGy
- 103 Normele de radioprotecție referitoare la radiologie reglementează următoarele cu excepția:
- a) filtrarea totală
 - b) nivelul radiației de fugă
 - c) sexul operatorului
 - d) calificarea operatorului
 - e) monitorizarea dozimetrică a operatorului
- 104 Normele de radioprotecție se bazează pe următoarele ipoteze, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) principiul ALARA (as low as reasonable achievable) trebuie să fie aplicat
 - b) nu există riscuri sub nivelul de expunere la fondul natural de radiație
 - c) nu se admit expuneri care nu sunt necesare
 - d) riscul major pentru sănătate este inducerea cancerului
 - e) efectele deterministice trebuie să fie evitate
- 105 Nivelul de expunere pentru fătul unei operatoare a unei instalații radiologice este reglementat prin norme astfel:
- a) este interzisă expunerea profesională pentru femeile gravide
 - b) să fie mai mic de 5 mSv

- c) este permisă numai expunerea la radiație cu transfer liniar de energie mic
 - d) nu este permisă nici o expunere între săptămâna 7 și 15
 - e) să nu depășească 1 mSv pe toată perioada de graviditate rămasă
- 106 Limita de doză prevăzută de norme pentru un pacient supus unei proceduri de rontgendiagnostic este:
- a) 1 mSv
 - b) 5 mSv
 - c) 20 mSv
 - d) 50 mSv
 - e) inaplicabilă la examinările de diagnostic
- 107 Conform conceptului ALARA doza anuală încasată de operatorul unui aparat de rontgendiagnostic trebuie să fie:
- a) zero
 - b) 1 mSv
 - c) 5 mSv
 - d) 50 mSv
 - e) atât de mică cât este posibil
- 108 Un șorț de protecție cu plumb atenuează 95%; transmisia prin două șorțuri de acest tip va fi aproximativ:
- a) 0,25%
 - b) 0,5%
 - c) 1,0%
 - d) 1,25%
 - e) 2,25%
- 109 Care din următoarele informații nu este cerută pentru stabilirea necesităților de protecție a camerei de expunere în cazul unui aparat rontgen?

- a) încărcarea
 - b) factorul de utilizare
 - c) factorul de ocupare
 - d) unghiul anodului
 - e) randamentul tubului
- 110 Care măsură va fi cea mai eficientă pentru reducerea nivelului dozei în afara camerei de expunere a aparatului rontgen?
- a) adăugarea unui strat de înjumătățire de plumb la protecție
 - b) reducerea la jumătate a factorului de încărcare
 - c) dublarea distanței la sursa de raze X
 - d) reducerea la jumătate a factorului de utilizare
 - e) reducerea la jumătate a factorului ocupare
- 111 Doza efectivă anuală "per capita" datorată fondului natural de radiație este:
- a) mai mică de 1 mSv
 - b) aproximativ 1 mSv
 - c) circa 2,5 mSv
 - d) circa 3 mSv
 - e) mai mare de 3,5 mSv
- 112 Care din următoarele surse de expunere contribuie cel *mai puțin* la expunerea anuală a populației?
- a) radonul
 - b) televizoarele și monitoarele calculatoarelor
 - c) fondul cosmic
 - d) radionuclizii din interiorul organismului precum ^{40}K
 - e) căderile radioactive datorate experiențelor cu arma nucleară
- 113 Cea mai mare expunere a populației este rezultatul:

- a) producției de energie nucleară
- b) căderilor radioactive datorate experiențelor cu arma nucleară
- c) rontgendiagnosticului
- d) radiației cosmice
- e) radonului din interiorul locuinței

114 Care modalitate de imagistică duce la cea mai mare doză medicală colectivă?

- a) radiologia dentară
- b) fluoroscopia
- c) radiologia intervențională
- d) mamografia
- e) CT

115 Factorul de ponderare pentru radiație w_R este utilizat la transformarea:

- a) rem în sievert
- b) doza absorbită în doza echivalentă
- c) transferul liniar de energie în eficacitatea biologică relativă
- d) expunerea în doză absorbită
- e) kerma în doză absorbită

116 După expunerea întregului corp la o doză unică de 1 Gy ce efecte probabile se observă?

- a) eritem
- b) diaree
- c) reducerea numărului de limfocite
- d) sterilitate permanentă
- e) moartea în decurs de 60 de zile

117 Dozele de radiație care apar în radiologie induc, probabil, în mod semnificativ:

- a) creșterea temperaturii

- b) ruperi cromozomiale
 - c) ionizări
 - d) ruperi de membrane celulare
 - e) distrugerii de celule
- 118 Limita dozei impusă de norme pentru operatorii echipamentelor de rontgendiagnostic include dozele datorate:
- a) dezastrului de la Cernobâl
 - b) zborurilor la mare altitudine
 - c) radonului din locuințe
 - d) mamografiilor de control pentru cancerul mamar
 - e) expunerii profesionale
- 119 Principiile protecției împotriva radiației ionizante (inclusiv conceptul ALARA) impun ca proiectul de amenajare a unui laborator de rontgendiagnostic să asigure următoarele, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) dozele să fie cât mai mici rezonabil de realizat
 - b) să se evite expunerile nenecesare
 - c) să ia în calcul factorii sociali și economici
 - d) să minimizeze doza la pacient cu condiția obținerii informației de diagnostic optime
 - e) dozele la pacient să nu depășească 50 mSv
- 120 Când factorul de ocupare și factorul de încărcare se dublează, dozele la personal:
- a) se înjumătățesc
 - b) rămân aceleași
 - c) se dublează
 - d) se triplează
 - e) se măresc de patru ori
- 121 La un metru, radiația de fugă a unui ansamblu tub cupolă trebuie să fie mai mică de:

- a) 10 $\mu\text{Gy/h}$
- b) 30 $\mu\text{Gy/h}$
- c) 0,1 mGy/h
- d) 0,3 mGy/h
- e) 1 mGy/h

122 Pentru conversia dozei absorbite în doză echivalentă este suficient să cunoaștem:

- a) factorul f
- b) factorul de ponderare pentru radiație
- c) nivelul de expunere
- d) distanța la sursa de radiație
- e) compoziția materialului absorbant

123 Doza prag pentru producerea cataractei la expunere cronică cu radiație X este aproximativ:

- a) 5 mGy
- b) 50 mGy
- c) 0,1 Gy
- d) 1 Gy
- e) 5 Gy

124 Efectele stocastice ale expunerii la radiație ionizantă includ:

- a) epilarea
- b) inducerea cataractei
- c) leucemia
- d) eritemul pielii
- e) sterilitatea permanentă

125 Limita de 1 mSv/an pentru persoane din populație stabilită de norme include dozele din:

- a) radiografiile dentare

- b) zboruri la mare înălțime
 - c) elementele radioactive din scoarța pământului
 - d) radiografiile de control periodic
 - e) șederea în camera de așteptare a unui laborator de radiologie
- 126 Șorțurile cu plumb pentru operatorii aparatelor cu raze X:
- a) ar trebui purtate la pupitrul de comandă
 - b) sunt esențiale în mamografie
 - c) conțin până la 0,5 mm echivalent plumb
 - d) reduc doza la tiroidă
 - e) reduc expunerea la radon
- 127 Utilizarea factorului de utilizare (U) în calculul ecranelor de protecție se referă la fracțiunea de:
- a) săptămână în care aparatul este în funcțiune
 - b) săptămână în care spațiul este ocupat de personal
 - c) timp în care fasciculul este îndreptat spre ecran
 - d) timp în care spațiul este ocupat de personal
 - e) timp în care pacientul se află în camera de expunere
- 128 Ansamblul de măsuri constructive, tehnice, de dotare și organizatorice, care asigură condiții normale de lucru sau diminuează acțiunea factorilor de risc se numește:
- a) protecție individuală
 - b) protector
 - c) protecție în zona de lucru
 - d) echipament de protecție
 - e) echipament individual de protecție
- 129 Măsura de protecție a muncii, prin care se previne sau se diminuează acțiunea factorilor de risc asupra unei singure persoane se numește:
- a) protecție individuală

- b) protector
- c) protecție în zona de lucru
- d) echipament de protecție
- e) echipament individual de protecție

130 Mijlocul individual destinat protecției unui singur angajat și care este purtat de acesta se numește:

- a) protecție individuală
- b) protector
- c) protecție în zona de lucru
- d) echipament de protecție
- e) mijloc individual de protecție

131 Funcția realizată de un mijloc de protecție, prin care se combate acțiunea unui factor de risc asupra organismului uman sau numai se semnalizează existența unui factor de risc se numește:

- a) protecție individuală
- b) protector
- c) protecție în zona de lucru
- d) echipament de protecție
- e) funcție de protecție

132 Obstacolul destinat a fi interpus între un factor de risc și organismul uman pentru a realiza o funcție de protecție se numește:

- a) protecție individuală
- b) protector
- c) protecție în zona de lucru
- d) echipament de protecție
- e) ecran

- 133 Totalitatea mijloacelor individuale de protecție cu care este dotat angajatul în timpul lucrului se numește:
- a) protecție individuală
 - b) echipament individual de lucru
 - c) protecție în zona de lucru
 - d) echipament individual de protecție
 - e) echipament individual de protecție la radiație
- 134 Totalitatea mijloacelor individuale de protecție la radiații ionizante, cu care este dotat angajatul în timpul lucrului se numește:
- a) protecție individuală
 - b) echipament individual de lucru
 - c) protecție în zona de lucru
 - d) echipament individual de protecție
 - e) echipament individual de protecție la radiație
- 135 Factorii (însușiri, stări, procese, fenomene, comportamente) proprii elementelor implicate în procesul de muncă, care pot provoca accidente de muncă sau boli profesionale, se numesc factori de:
- a) risc
 - b) mediu
 - c) protecție
 - d) muncă
 - e) ambient
- 136 Care din afirmațiile următoare privind obligațiile titularului de autorizație de acordare a echipamentului individual de protecție la radiație *nu* este adevărată?
- a) gratuit
 - b) suplimentar față de echipamentul individual de protecție specific locului de muncă
 - c) tuturor angajaților
 - d) angajaților cu acces în zona controlată

e) tuturor persoanelor cu acces în zona controlată

137 Utilizarea echipamentului individual de protecție la radiație neautorizat este:

- a) interzisă
- b) permisă temporar cu acordul Laboratorului de igiena radiațiilor
- c) permisă dacă este în curs de autorizare
- d) permisă cu acordul inspectorului CNCAN
- e) reglementările legale nu cer autorizarea

138 Comisia de stabilire a mijloacelor individuale de protecție la radiație are următoarele atribuții cu o excepție pe care trebuie să o indicați:

- a) analiza costurilor echipamentului
- b) analiza factorilor de risc
- c) alegerea sortimentelor și a tipurilor de echipamente
- d) stabilirea duratei de folosire funcție de condițiile concrete
- e) stabilirea modului de acordare a echipamentului

139 Documentația tehnică de autorizare trimisă la CNCAN trebuie să conțină informațiile enumerate cu privire la echipamentul individual de protecție la radiație cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:

- a) analiza factorilor de risc
- b) analiza costurilor
- c) lista cu mijloacele individuale de protecție
- d) cantitatea din fiecare sortiment
- e) cantitatea din fiecare tip

140 Printre obligațiile titularului de autorizație privitoare la echipamentele de protecție individuală sunt următoarele, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:

- a) să asigure verificarea periodică a calității de protecție a echipamentelor
- b) să asigure condiții de depozitare și întreținere a echipamentelor
- c) să asigure condiții de curățare și decontaminare

- d) să asigure echipamentele la o societate de asigurări împotriva furturilor și distrugerii
- e) să înlocuiască echipamentele atunci când și-au pierdut capacitatea de protecție sau au atins timpul normat de viață

141 Persoanele care beneficiază de echipament de protecție individuală au următoarele obligații, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:

- a) să cunoască caracteristicile și modul de utilizare a acestuia
- b) să poarte întregul echipament pe toată durata desfășurării de activități din domeniul nuclear
- c) să renunțe la echipament dacă îl incomodează în timpul lucrului
- d) să utilizeze echipamentul doar în scopul pentru care a fost acordat
- e) să solicite un nou echipament dacă, indiferent de motiv, cel acordat și-a pierdut capacitatea de protecție

142 Dacă nu i se asigură echipament de protecție, executantul unei sarcini de serviciu are dreptul:

- a) la program redus de lucru
- b) la plata unei indemnizații
- c) la concediu suplimentar
- d) să refuze executarea sarcinii
- e) la schimbarea locului de muncă

143 Distanța focar piele la realizarea unei cefalometrii cu un aparat de rontgendiagnostic dentar panoramic trebuie să fie de cel puțin:

- a) 0,25 m
- b) 0,5 m
- c) 0,75 m
- d) 1 m
- e) 1,25 m

144 Radiografiile dentare intraorale se pot realiza:

- a) la CT
 - b) cu aparate de rontgendiagnostic dentar panoramice
 - c) cu aparate de rontgendiagnostic mobile cu tensiunea maximă de 100 kVp
 - d) cu aparate de rontgendiagnostic mobile digitale
 - e) numai cu echipamente dedicate
- 145 Șorțul de protecție, pentru a-și păstra calitățile de protejare la radiație X, se păstrează:
- a) împăturit, pe un raft special
 - b) pe un umerăș adecvat și agățat în poziție verticală
 - c) împăturit, pe scaunul pe care stă pacientul
 - d) în afara camerei de expunere
 - e) nu există recomandări cu privire la acest aspect
- 146 Grosimea recomandată, în mm echivalent plumb, a șorțului de protecție pentru radiații X generate de aparate cu tensiunea mai mică de 100 kVp este de:
- a) 0,15 mm
 - b) 0,2 mm
 - c) 0,25 mm
 - d) 0,3 mm
 - e) 0,35 mm
- 147 Demonstrația colimării corecte în cazul unei radiografii panoramice se face prin:
- a) densitatea optică a filmului
 - b) marginea albă la extremitățile filmului
 - c) mA utilizat
 - d) kV utilizat
 - e) distanța focar film
- 148 Pentru o examinare completă a dintelui, filmul trebuie să fie poziționat retroalveolar astfel ca marginea filmului să depășească planul cuspidian cu:

- a) 1 mm
 - b) 1,5 mm
 - c) 2 mm
 - d) 2,5 mm
 - e) 3 mm
- 149 Așezarea filmului radiologic dentar endobucal, în spatele alveolelor unui grup de doi sau trei dinți vecini se numește incidență:
- a) retroalveolară
 - b) ortoradială
 - c) ocluzală
 - d) Frankfurt
 - e) mezială
- 150 Planul de referință utilizat la poziționarea pacienților pentru executarea unei radiografii panoramice și care este frontal posterior trecând prin conductele auditive externe (traversând punctele porion de ambele părți) se numește plan:
- a) Frankfurt
 - b) mediosagital
 - c) biauricular
 - d) ortoradial
 - e) mezial
- 151 Pentru monitorizarea datelor rezultate din expunerea medicală la radiații ionizante a populației trebuie asigurat un sistem de înregistrare:
- a) pentru fiecare generator de radiație X sau sursă de expunere
 - b) pentru fiecare laborator de rontgendiagnostic
 - c) numai pentru generatorii utilizați în rontgenterapie
 - d) numai pentru pacienții cu trimitere
 - e) numai pentru generatorii cu tensiune mai mare de 100 kVp

- 152 Datele pe care trebuie să le conțină sistemul de înregistrare a dozelor la pacienți sunt cele menționate, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) codul numeric personal
 - b) numele, prenumele și data nașterii
 - c) starea civilă
 - d) înălțimea
 - e) greutatea
- 153 Datele pe care trebuie să le conțină sistemul de înregistrare a dozelor la pacienți sunt cele menționate, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) codul numeric personal
 - b) numele, prenumele și data nașterii
 - c) starea civilă
 - d) înălțimea
 - e) sexul
- 154 Printre datele privitoare la parametrii generatorului de radiații utilizat în rontgendiagnostic pe care trebuie să le conțină sistemul de înregistrare sunt cele menționate, cu o *excepție* pe care trebuie să o menționați:
- a) distanța sursă pacient
 - b) proiecția
 - c) denumirea comercială
 - d) kilovoltajul
 - e) mAs
- 155 În cazul investigațiilor radiodiagnostice doza din sistemul de înregistrare se comunică, în scris:
- a) pacientului
 - b) aparținătorilor
 - c) medicului de familie
 - d) medicului curant

e) laboratorului de igiena radiațiilor

156 Limita dozei are următoarele caracteristici, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:

- a) este stabilită de o autoritate națională
- b) este obligatorie
- c) se aplică expunerii pacienților
- d) se aplică expunerii profesionale
- e) se aplică expunerii persoanelor din populație

157 Constrângerea de doză are următoarele caracteristici, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:

- a) este stabilită de o autoritate națională
- b) este o limită de doză
- c) este parte în procesul de optimizare
- d) are caracter prospectiv
- e) se aplică expunerii profesionale și a persoanelor din populație

158 Nivelul de referință în diagnostic are următoarele caracteristici, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:

- a) este stabilit de o autoritate națională sau de organizațiile profesionale
- b) se aplică dozei la pacient
- c) se aplică ingestiei de radiofarmaceutice
- d) implică, dacă este depășit, analiza locală a procedurilor de securitate radiologică
- e) este o limită de doză

159 Nivelul de înregistrare are următoarele caracteristici, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:

- a) este stabilit de o autoritate națională sau de managementul unității
- b) se aplică dozei la pacient
- c) se aplică expunerii profesionale

- d) permite eliminarea informațiilor neesențiale
- e) se aplică monitorizării individuale și a locului de muncă

160 Activitatea de luare în posesie legală de către proprietar, conform Normelor privind procedurile de autorizare (NSR-03), se numește:

- a) import
- b) depozitare
- c) deținere
- d) închiriere
- e) furnizare

161 Activitatea de *construire* cuprinde, conform Normelor privind procedurile de autorizare, cele enumerate, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:

- a) proiectarea
- b) realizarea amenajărilor
- c) instalarea - montarea
- d) finisarea
- e) realizarea testelor de acceptanță

162 Activitatea de *dezasamblare/dezmembrare* cuprinde, conform Normelor privind procedurile de autorizare, cele enumerate, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:

- a) scoaterea din locul normal de utilizare
- b) detașarea numai a sursei (port sursei sau capului de iradiere)
- c) detașarea numai a ansamblului generator de radiație
- d) detașarea numai a unor componente a instalației
- e) păstrarea în condițiile prevăzute de producător

- 163 Care din următoarele activități *nu* este, conform Normelor privind procedurile de autorizare, considerată *furnizare*?
- a) comercializarea
 - b) manipularea
 - c) cedarea
 - d) donarea
 - e) leasingul
- 164 Activitatea de demontare a instalației radiologice în componente în scopul eliminării ca deșeu, conform Normelor privind procedurile de autorizare, se numește:
- a) dezafectare
 - b) dezasamblare/dezmembrare
 - c) depozitare
 - d) reparare
 - e) întreținere
- 165 Activitatea prin care se schimbă proprietarul instalației radiologice prin indiferent ce mijloc legal, conform Normelor privind procedurile de autorizare, se numește:
- a) importare
 - b) dezafectare
 - c) furnizare
 - d) exportare
 - e) deținere

- 166 Activitatea de cedare a dreptului de folosință pe timp determinat, cu un contract legal între părți, conform Normelor privind procedurile de autorizare, se numește:
- a) importare
 - b) depozitare temporară
 - c) furnizare
 - d) închiriere
 - e) manipulare
- 167 Activitățile de asamblare și punere în funcțiune la locul de utilizare autorizat împreună cu verificarea și predarea la beneficiar la parametri tehnici prevăzuți de producător a instalațiilor radiologice fac parte, conform Normelor privind procedurile de autorizare, din:
- a) funcționarea de probă
 - b) instalare montare
 - c) furnizare
 - d) reparare
 - e) întreținere
- 168 Activitatea de menținere în bună stare de funcționare a instalațiilor radiologice prin operațiuni periodice, preventive, prevăzute de producător în manualul de utilizare, conform Normelor privind procedurile de autorizare, se numește:
- a) fază de autorizare
 - b) fază de instalare
 - c) fază de control de calitate
 - d) reparare
 - e) mentenanța

- 169 Care din următoarele activități *nu* este, conform Normelor privind procedurile de autorizare, considerată *manipulare*?
- a) modificarea
 - b) repararea
 - c) montarea
 - d) utilizarea
 - e) mentenanța
- 170 *Manipulare* înseamnă orice operație executată direct asupra instalației radiologice sau sursei de radiație, cum ar fi una sau mai multe din cele enumerate, conform Normelor privind procedurile de autorizare, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) transportul pe drumurile publice
 - b) mentenanța
 - c) instalarea - montarea
 - d) modificarea
 - e) repararea
- 171 Activitatea de înlocuire a unor subansamble ale instalației radiologice cu altele care nu sunt recomandate de producător sau de schimbare a unor parametri tehnici, conform Normelor privind procedurile de autorizare, se numește:
- a) dezasamblare
 - b) montare
 - c) modificare
 - d) reparare
 - e) mentenanța

- 172 Operațiunile de recondiționare și îmbunătățire a parametrilor unei instalații radiologice fac parte, conform Normelor privind procedurile de autorizare, din activitatea de:
- a) mentenanță
 - b) montare
 - c) verificare
 - d) reparare
 - e) modificare
- 173 Activitatea de aducere a instalației radiologice în parametrii normali de lucru (prin alte operațiuni decât cele presupuse de întreținere) ca urmare a apariției unor defecțiuni în funcționare, conform Normelor privind procedurile de autorizare, se numește:
- a) dezmembrarea
 - b) reparare
 - c) modificare
 - d) verificare
 - e) mentenanța
- 174 Activitatea de furnizare a unor surse de radiație sau a unor instalații radiologice care nu mai sunt necesare agentului economic din diverse motive, conform Normelor privind procedurile de autorizare, se numește:
- a) transferare
 - b) închiriere
 - c) manipulare
 - d) exportare
 - e) tranzitare

- 175 *Utilizarea* surselor de radiație sau a instalațiilor radiologice înseamnă, conform Normelor privind procedurile de autorizare, oricare din activitățile menționate, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) folosire
 - b) operare
 - c) întreținere curentă
 - d) funcționare
 - e) reparare
- 176 *Înregistrarea* autorizează titularul să desfășoare, separat sau împreună, conform Normelor privind procedurile de autorizare, oricare din activitățile din domeniul nuclear menționate, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) deținere
 - b) amplasare și construire
 - c) utilizare
 - d) reparare
 - e) dezafectare
- 177 *Înregistrarea* se solicită, conform Normelor privind procedurile de autorizare, pentru:
- a) fiecare sursă în parte
 - b) fiecare instalație radiologică
 - c) fiecare clasă de surse sau instalații
 - d) fiecare variantă constructivă
 - e) fiecare model (tip)

- 178 *Certificatul de înregistrare* va conține, conform Normelor privind procedurile de autorizare, pe lângă informații care să identifice și să individualizeze instalația radiologică și următoarele, cu o *excepție* pe care trebuie să o indicați:
- a) scopul în care este utilizată instalația
 - b) parametrii tehnici de bază
 - c) identificarea furnizorului
 - d) recomandări de securitate radiologică
 - e) componența instalației
- 179 Care din operațiile menționate efectuate asupra surselor de radiații deținute de o entitate, conform Normelor privind procedurile de autorizare, necesită o autorizație de transfer?
- a) transmiterea spre utilizare altei entități
 - b) mutarea între compartimentele administrative, aflate în locații diferite, ale aceleiași entități
 - c) predarea ca deșeu radioactiv unei organizații specializate
 - d) trimiterea temporară la o entitate autorizată pentru a fi reparate sau testate
 - e) trecerea în patrimoniul unei entități provenite din divizarea legală a deținătorului
- 180 Care este perioada de timp maximă în care posesorul unei autorizații de deținere a unor instalații radiologice sau surse de radiație trebuie, conform Normelor privind procedurile de autorizare, să obțină autorizația de utilizare, transfer sau dispunerea ca deșeu radioactiv a surselor radioactive?
- a) 12 luni
 - b) 24 luni
 - c) 36 luni
 - d) 48 luni
 - e) 60 luni

- 181 Pentru care din practicile menționate, conform Normelor privind procedurile de autorizare, autorizarea pe faze de realizare *nu* este obligatorie?
- a) radiografia medicală generală
 - b) radiografia stomatologică
 - c) radiografia industrială
 - d) radioterapia
 - e) medicina nucleară - in vivo
- 182 *Autorizația de construire* permite, conform Normelor privind procedurile de autorizare, realizarea următoarelor obiective, cu o excepție pe care trebuie să o indicați:
- a) modificarea instalației radiologice
 - b) montarea instalației radiologice
 - c) reglarea instalației radiologice
 - d) testarea instalației radiologice
 - e) testarea ecranelor de protecție
- 183 Practica de *manipulare*, conform Normelor privind procedurile de autorizare, este:
- a) exclusă de la aplicarea cerințelor Normelor privind cerințele de bază de securitate radiologică
 - b) exceptată de la sistemul de autorizare
 - c) înregistrată
 - d) autorizată în fază unică -amplasare, construire, utilizare-
 - e) autorizată pe faze de realizare
- 184 *Autorizația de manipulare* permite în cadrul activității de reparare, conform Normelor privind procedurile de autorizare:
- a) înlocuirea de piese cu unele oarecare, care au aceleași caracteristici tehnice
 - b) înlocuirea de piese cu unele care au marcajul CE

- c) înlocuirea pieselor sau subansamblelor cu componente care sunt originale sau sunt recomandate de producător
- d) suprimarea unor elemente de securitate radiologică considerate redundante
- e) modificarea unor elemente de securitate radiologică

185 Solicitarea înregistrării este obligatorie, conform Normelor privind procedurile de autorizare, într-un interval de timp de maximum câte zile lucrătoare de la dobândirea produsului supus înregistrării?

- a) 5
- b) 15
- c) 20
- d) 45
- e) 60

186 Dosarele complete, conform Normelor privind procedurile de autorizare, sunt evaluate și procesate în cel mult:

- a) 20 zile
- b) 30 zile
- c) 40 zile
- d) 50 zile
- e) 60 zile

187 Documentația tehnică pentru înregistrare, conform Normelor privind procedurile de autorizare, va specifica, după caz, următoarele, cu o excepție pe care trebuie să o indicați:

- a) utilizările care se dau instalației
- b) parametrii maximi

- c) tipul, varianta constructivă, componența
- d) datele de identificare
- e) declarația de expertizare și acceptare

188 Documentația tehnică pentru înregistrare, conform Normelor privind procedurile de autorizare, va specifica, după caz, următoarele, cu o excepție pe care trebuie să o indicați:

- a) intervalul de verificare și testare
- b) parametrii maximi
- c) tipul, varianta constructivă, componența
- d) datele de identificare
- e) declarația de expertizare și acceptare

189 Documentația tehnică pentru autorizarea practicilor sau a utilizării instalațiilor radiologice, conform Normelor privind procedurile de autorizare, va specifica, după caz, următoarele, cu o excepție pe care trebuie să o indicați:

- a) justificarea, optimizarea și descrierea practicii
- b) costurile economice
- c) tipul, varianta constructivă, componența
- d) datele de identificare
- e) declarația de expertizare și acceptare

190 Documentația tehnică pentru autorizarea practicilor sau a utilizării instalațiilor radiologice, conform Normelor privind procedurile de autorizare, va specifica, după caz, următoarele, cu o excepție pe care trebuie să o indicați:

- a) justificarea, optimizarea și descrierea practicii
- b) descrierea locațiilor utilizate și a amenajărilor
- c) clasificarea locurilor de muncă
- d) costurile economice

e) declarația de expertizare și acceptare

191 Documentația tehnică pentru autorizarea practicilor sau a utilizării instalațiilor radiologice, conform Normelor privind procedurile de autorizare, va specifica, după caz, următoarele, cu o excepție pe care trebuie să o indicați:

- a) descrierea spațiilor și construcțiilor utilizate
- b) managementul deșeurilor radioactive
- c) clasificarea locurilor de muncă
- d) clasificarea expușilor profesional pe categorii
- e) membrii consiliului de administrație

192 Documentația tehnică pentru autorizarea practicilor sau a utilizării instalațiilor radiologice, conform Normelor privind procedurile de autorizare, va specifica, după caz, următoarele, cu o excepție pe care trebuie să o indicați:

- a) pregătirea și autorizarea personalului
- b) managementul deșeurilor radioactive
- c) bugetul planificat pentru anul respectiv
- d) mijloacele de radioprotecție individuală și colectivă
- e) responsabilii cu protecția radiologică

193 Care din situațiile enumerate *nu duc*, conform Normelor privind procedurile de autorizare, la pierderea valabilității înregistrării?

- a) durata de viață normală a produsului a expirat
- b) s-a modificat utilizarea produsului
- c) persoana responsabilă a fost schimbată fără acordul CNCAN
- d) persoana legal constituită titulară a înregistrării nu mai există legal sau și-a modificat datele de înregistrare
- e) s-a modificat fondul social al titularului înregistrării

- 194 Intervalul de timp în care trebuie solicitată prelungirea valabilității înregistrării, conform Normelor de securitate radiologică - Proceduri de autorizare (NSR-03), înainte de expirarea acesteia, este de:
- a) 15 zile
 - b) 30 zile
 - c) 45 zile
 - d) 60 zile
 - e) 90 zile
- 195 Intervalul de timp în care trebuie solicitată prelungirea valabilității autorizației, conform Normelor privind procedurile de autorizare, înainte de expirarea acesteia, este de:
- a) 15 zile
 - b) 30 zile
 - c) 45 zile
 - d) 60 zile
 - e) 90 zile
- 196 Care din situațiile enumerate *nu duc*, conform Normelor privind procedurile de autorizare, la pierderea valabilității autorizației?
- a) titularul autorizației și-a pierdut calitatea de persoană legal constituită
 - b) titularul renunță la autorizație, cu îndeplinirea condițiilor de încetare a activității
 - c) activitatea sau practica autorizată a fost abandonată sau înstrăinată
 - d) autorizația a fost retrasă, anulată sau suspendată
 - e) s-a modificat fondul social al titularului înregistrării

- 197 Suspendarea autorizației *impune*, conform Normelor privind procedurile de autorizare, următoarele obligații titularului, cu o excepție pe care trebuie să o indicați:
- a) încetarea imediată a activității din domeniul nuclear
 - b) încetarea imediată a practicilor cu surse de radiații
 - c) asigurarea securității fizice și radiologice a surselor de radiație
 - d) prezentarea în maximum 5 zile lucrătoare a unui plan de măsuri care să rezolve problemele care au provocat suspendarea
 - e) înapoierea imediată la emitent a originalului autorizației
- 198 Retragerea autorizației *impune*, conform Normelor privind procedurile de autorizare, următoarele obligații titularului, cu o excepție pe care trebuie să o indicați:
- a) încetarea imediată a activității din domeniul nuclear
 - b) încetarea imediată a practicilor cu surse de radiații
 - c) asigurarea securității fizice și radiologice a surselor de radiație
 - d) începerea imediată a procedurilor de încetare a activității din domeniul nuclear
 - e) înapoierea imediată la emitent a originalului autorizației